

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL  
FORO DE ACLARACIONES DE LA  
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N9-2013**

**REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN CÓMODATO PARA  
EL RESULTADO DE LOS MISMOS, 2DA. VUELTA.**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 16:45 horas del día 12 de Marzo del 2013, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Matamoros No. 520 Ote. Primer piso, centro de la ciudad, para efectuar la celebración del acto de Foro de Aclaraciones a las bases del concurso de la Subasta Electrónica Inversa No. **EA-919044992-N9-2013** referente a la adquisición de **Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos en Comodato para el Resultado de los Mismos, 2da Vuelta**, estando presentes los miembros del comité de adquisiciones e invitados que figuran y firman al final de la presente acta.

Este acto fue presidido por el Lic. Mario Alberto Limón Rodríguez, Encargado del Despacho de la Dirección Administrativa en calidad de suplente del Director General y Presidente del Comité de Adquisiciones de este organismo, según oficio fechado el día 15 de marzo del presente año se procede a dar inicio al foro de aclaraciones de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y 104 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; así como a lo señalado en las bases de la subasta en referencia.

La convocante hace constar que el foro de aclaraciones dio inicio el día 10 de Abril del 2013 a las 10:30 horas, como se establece en la convocatoria y en las bases de la subasta y que se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del gobierno del estado de Nuevo León, por los licitantes que adquirieron sus bases, a las cuales se dará respuesta dentro del término establecido, siendo esto conforme a lo siguiente:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON  
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO  
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES  
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 221**

El día 10/04/2013 a las 10:30 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 221 y número de CompraNet EA-919044992-N9-2013 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

**Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.**

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 12/04/2013 10:34:07 AM


**Proveedores**

Nombre: ARTIMEDICA S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor\_766

Hora de Registro: 10/04/2013 19:40:37 PM

Nombre: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV



Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor\_735  
Hora de Registro: 10/04/2013 18:07:07 PM

**Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:**

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:07 PM

Comentario: ANEXO 8, CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SOLICITADO EN COMODATO EN LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA SANGRADO DE DONADORES, SE SOLICITAN 2 BALANZAS AGITADORAS PARA EL HOSPITAL SABINAS HIDALGO, PERO EL HOSPITAL SABINAS HIDALGO CUENTA YA CON UNA BALANZA

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:07 PM

Comentario: INSTALADA. ENTENDEMOS QUE ÉSTA ES ADECUADA PARA SU VOLUMEN DE TRABAJO, POR LO QUE PROPONEMOS QUE SOLAMENTE SE SOLICITE UNA BALANZA PARA ESTE HOSPITAL ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:08 PM

Comentario: ANEXO 8, CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SOLICITADO EN COMODATO EN LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA SANGRADO DE DONADORES, SE SOLICITAN 6 SILLONES DE EXTRACCIÓN DE SANGRE

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:08 PM

Comentario: PARA DIVERSOS HOSPITALES, SIN EMBARGO ALGUNOS DE ELLOS YA CUENTAN CON EQUIPO PROPIO, POR LO QUE PROPONEMOS QUE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS SILLONES

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:09 PM

Comentario: SEA: 3 PARA H. METROPOLITANO, 1 PARA CETS, 1 PARA SABINAS HIDALGO Y 1 PARA CERRALVO, ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:09 PM

Comentario: ANEXO 8, CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SOLICITADO EN COMODATO EN LA ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA SANGRADO DE DONADORES, SE SOLICITAN 3 SEPARADORES AUTOMÁTICOS

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:09 PM

Comentario: DE SANGRE, ENTENDEMOS QUE 2 SEPARADORES SON ADECUADOS PARA SU VOLUMEN DE TRABAJO, POR LO QUE PROPONEMOS QUE SOLAMENTE SE SOLICITEN

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT PHOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:10 PM

Comentario: DOS SEPARADORES DE SANGRE ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:10 PM

Comentario: ANEXO 8, PARA AQUELLOS EQUIPOS ACCESORIOS SOLICITADOS, LOS CUÁLES NO SE CUENTE CON EXISTENCIA EN EL PAÍS, Y POR LO TANTO TENGAN QUE SER IMPORTADOS,

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 06:10 PM

Comentario: , PROPONEMOS ENTREGAR EN LA PROPUESTA TÉCNICA CARTA COMPROMISO DE ENTREGA DE LOS MISMOS EN UN PLAZO NO MAYOR DE 90 DIAS ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_766 )

Hora del comentario: 07:40 PM

Comentario: .- Referente a la Partida numero 4 kit para la determinación de hemoglobina Glucosilada se solicita a la convocante nos acepte presentación de caja con 20 pruebas

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_766 )

Hora del comentario: 07:40 PM

Comentario: .- Referente a la Partida numero 4 kit para la determinación de hemoglobina Glucosilada se solicita a la convocante nos aclare si lo que requieres es KIT HbA 1c (PARA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA GLUCOSILADA ) Ensayo enzimático. Medición de

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_766 )

Hora del comentario: 07:41 PM

Comentario: Referente a la partida 4 kit para la determinación de hemoglobina Glucosilada solicitamos a la convocante nos permita ofertar kit de hemoglobina Glucosilada en equipo portátil No desechable, con equipos a comodato?

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_766 )

Hora del comentario: 07:41 PM

Comentario: En la Partida 3 tiras reactivas para la determinación de glucosa, solicitamos de la manera más atenta a la convocante, nos permitan ofertar nuestro producto con la siguiente descripción "TIRA REACTIVA DESECHABLE PARA UN SOLO USO, CON PUNTA BI

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_766 )

Hora del comentario: 07:44 PM

Comentario: BISELADA, CUBIERTA HIDROFILICA, CON TECNOLOGIA BASADA EN BIOSENSORES (4 ELECTRODOS, 2 DETECTAN LA CORRECTA ABSORCION DE LA MUESTRA, IMPIDIENDO INICIOS FALSOS Y RESULTADOS ERRONEOS, 2 MAS, MIDEN CON PRECISION LA REACCION DE LA GLUCOSA, ENVIANDO LA SEÑ

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_766 )

Hora del comentario: 07:45 PM

Comentario: AL SENSOR) PARA DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE POR MEDIO DE LA ENZIMA GLUCOSA OXIDASA MEDIANTE EL METODO (BIOSENSOR) ELECTROQUIMICO, (ESTA TIRA NO REQUIERE MICROCHIP PARA CALIBRACION DEL LECTOR Y RECONOCIMIENTO DE TIRA REACTIVA.YA QUE ES AUTOCODIFICABL

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_766 )

Hora del comentario: 07:45 PM

Comentario: ). TUBO CON 50 PIEZAS

Participante: La Convocante ( La Convocante )

Hora del comentario: 10:34 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

**El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 12/04/2013 a las 10:34 AM horas.**

A continuación se dará respuesta a las preguntas presentadas por el licitante:

LICITANTE: Comercializadora de Reactivos para Laboratorios y Material para Hospitales, S. A. de C. V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Anexo 8, características del equipo solicitado en comodato en la adquisición de bolsas para sangrado de donadores, se solicitan 2 balanzas agitadoras para el Hospital Sabinas Hidalgo, pero el Hospital Sabinas Hidalgo cuenta ya con una balanza Instalada. Entendemos que ésta es adecuada para su volumen de trabajo, por lo que proponemos que solamente se solicite una balanza para este hospital ¿se acepta esta propuesta?
Respuesta:	Es correcto. Se acepta su propuesta.
Pregunta 2:	Anexo 8, características del equipo solicitado en comodato en la adquisición de bolsas para sangrado de donadores, se solicitan 6 sillones de extracción de sangre para diversos hospitales, sin embargo algunos de ellos ya cuentan con equipo propio, por lo que proponemos que la distribución de los sillones sea: 3 para H. Metropolitano, 1 para C.E.T.S., 1 para Sabinas Hidalgo y 1 para Cerralvo, ¿se acepta esta propuesta?

Respuesta:	Si se acepta.
Pregunta 3:	Anexo 8, características del equipo solicitado en comodato en la adquisición de bolsas para sangrado de donadores, se solicitan 3 separadores automáticos de sangre, entendemos que 2 separadores son adecuados para su volumen de trabajo, por lo que proponemos que solamente se soliciten dos separadores de sangre ¿se acepta esta propuesta?
Respuesta:	Es correcto, con 2 separadores automáticos para el C.E.T.S es suficiente.
Pregunta 4:	Anexo 8, para aquellos equipos accesorios solicitados, los cuáles no se cuente con existencia en el país, y por lo tanto tengan que ser importados, proponemos entregar en la propuesta técnica carta compromiso de entrega de los mismos en un plazo no mayor de 90 días ¿se acepta esta propuesta?
Respuesta:	Si se acepta.

LICITANTE: Artimedica, S. A. de C. V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Referente a la Partida número 4 kit para la determinación de Hemoglobina Glucosilada se solicita a la convocante nos acepte presentación de caja con 20 pruebas.
Respuesta:	Si se acepta su solicitud.
Pregunta 2:	Referente a la Partida numero 4 kit para la determinación de Hemoglobina Glucosilada se solicita a la convocante nos aclare si lo que requieres es KIT HbA 1c (para determinación de Hemoglobina Glucosilada ) Ensayo enzimático. Medición de Referente a la partida 4 kit para la determinación de Hemoglobina Glucosilada solicitamos a la convocante nos permita ofertar kit de Hemoglobina Glucosilada en equipo portátil No desechable, con equipos a comodato?
Respuesta:	Se acepta que lo oferte sin modificar las bases
Pregunta 3:	En la Partida 3 tiras reactivas para la determinación de Glucosa , solicitamos de la manera más atenta a la convocante, nos permitan ofertar nuestro producto con la siguiente descripción "TIRA REACTIVA DESECHABLE PARA UN SOLO USO, CON PUNTA BISELADA, CUBIERTA HIDROFILICA, CON TECNOLOGIA BASADA EN BIOSENSORES (4 ELECTRODOS, 2 DETECTAN LA CORRECTA ABSORCION DE LA MUESTRA, IMPIDIENDO INICIOS FALSOS Y RESULTADOS ERRONEOS, 2 MAS, MIDEN CON PRECISION LA REACCION DE LA GLUCOSA, ENVIANDO LA SEÑAL SENSOR) PARA DETERMINAR GLUCOSA EN SANGRE POR MEDIO DE LA ENZIMA GLUCOSA OXIDASA MEDIANTE EL METODO (BIOSENSOR) ELECTROQUIMICO, (ESTA TIRA NO REQUIERE MICROCHIP PARA CALIBRACION DEL LECTOR Y RECONOCIMIENTO DE TIRA REACTIVA.YA QUE ES AUTOCODIFICABLE TUBO CON 50 PIEZAS.
Respuesta:	No se acepta, apegarse a lo solicitado en las bases.

----- **GENERALES** -----

1.- Se notifica a todos los interesados que el punto 6 de las bases queda como sigue:




Acto			Lugar
	Apertura	Cierre	
	10/04/2013	12/04/2013	
	10:30 Hrs.	10:30 Hrs.	
Foro de Aclaraciones			En el portal <a href="http://www.nl.gob.mx">www.nl.gob.mx</a>

Presentación y apertura de proposiciones	16/04/2013 9:00 hrs	Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales
Fallo Técnico	17/04/2013 10:30 hrs	Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales
Subasta	<b>Apertura</b> 18/04/2013 9:00 Hrs.	<b>Cierre</b> 18/04/2013 14:00 Hrs. En el portal <a href="http://www.nl.gob.mx">www.nl.gob.mx</a>
Resolución de Adjudicación	19/04/2013 15:00 Hrs.	En el portal <a href="http://www.nl.gob.mx">www.nl.gob.mx</a> .




2.- En el Anexo 8 pagina 26 de las bases se elimina lo siguiente: para el C.E.T.S. debe proporcionar 3 separadores automáticos de sangre para los Hospitales Metropolitano y Materno Infantil un agitador de plaquetas.


De esta manera se da por concluido el foro de aclaraciones de la presente subasta, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal de subastas electrónicas del gobierno del estado y en la página oficial de Compranet.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 16:55 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
ENCARGADO DEL DIRECTOR GENERAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO	LIC. MARIO ALBERTO LIMÓN RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	LIC. JUAN FRANCISCO RODULFO OROPEZA	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. JUAN MANUEL PARRA BURGOS	

DEJANDO SALVAGUARDAR LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA	C. P. VIRGINIA YANETH BALDERAS MEDINA	
COORDINADOR DE LICITACIONES	C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA	

INVITADOS DEL ÁREA USUARIA		
UNIDAD	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE SALUD PÚBLICA	DR. RAFAEL HERNÁNDEZ FLORES	

  
  
a

