

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
FORO DE ACLARACIONES DE LA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
INTERNACIONALES No. EA-919044992-I13-2014**

“REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO”

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 21 de Febrero del 2014, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Matamoros No. 520 Ote. Primer piso, centro de la ciudad, para efectuar la celebración del acto de Foro de Aclaraciones a las bases del concurso de la Subasta Electrónica Inversa Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales No. EA-919044992-I13-2014 referente a **Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos en Comodato**, estando presentes los miembros del comité de adquisiciones e invitados que figuran y firman al final de la presente acta.

Este acto fue presidido por el Subdirector de Recursos Materiales, el Lic. Fidel Moctezuma Carrillo, en ausencia del Lic. Mario Alberto Limón Rodríguez, Director Administrativo, y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, de acuerdo a lo estipulado en el oficio emitido y firmado el 05 de Diciembre del 2013, quien fue asistido por los Miembros del Comité con Voz y Voto, e Invitados Permanentes y del Área Usuaria, siendo estos los siguientes, **Miembros del Comité con Voz y Voto:** El C.P. Pedro Antonio Valadés Rodríguez, Representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León; el Lic. Rogelio Omar Villarreal Flores, Representante de la Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembros del comité con Voz:** El Dr. Marco Aníbal Rodríguez Vargas, Director de Hospitales y el Q.B.P. Héctor Gracia Leal, Representante del Laboratorio Estatal **Invitados Permanentes:** el C.P. Gerardo Heberto Cervantes Padilla, Jefe del Departamento de Adquisiciones de este Organismo; cuyas firmas aparecen al final de la presente acta.

Posteriormente se procede a dar inicio al Foro de Aclaraciones de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; así como a lo señalado en las bases de la subasta en referencia.

La convocante hace constar que el foro de aclaraciones dio inicio el día 18 de Febrero del 2014 a las 9:00 horas, como se establece en la convocatoria y en las bases de la subasta y que se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del gobierno del estado de Nuevo León, por los licitantes que adquirieron sus bases, las cuales se les dará respuesta a las mismas dentro del término establecido, siendo esto conforme a lo siguiente: -----

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES**

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 389

El día 18/02/2014 a las 09:00 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 389 y número de CompraNet EA-919044992-I13-2014 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 20/02/2014 10:03:42 AM

Proveedores

Nombre: ARTIMEDICA S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_751

Hora de Registro: 20/02/2014 09:38:18 AM

Nombre: VELEMED, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_779

Hora de Registro: 19/02/2014 22:08:40 PM

Nombre: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P
HOSPITALES SACV

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_757

Hora de Registro: 19/02/2014 18:35:55 PM

Nombre: DICIPA, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_806

Hora de Registro: 19/02/2014 23:32:26 PM

Nombre: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_762

Hora de Registro: 18/02/2014 09:16:45 AM

Nombre: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_1269

Hora de Registro: 20/02/2014 07:47:49 AM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:16 AM

Comentario: PREGUNTA 1. PUNTO 4 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO. c) EL SOBRE DE PROPUESTA TÉCNICA DEBERÁ CONTENER:

6. FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DESCRIBAN CUANDO

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:17 AM

Comentario: MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 8. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA PRESENTAR COPIAS EN COLOR DE LOS FOLLETOS DE LOS EQUIPOS SOLICITADOS PARA CORROBORRAR ESPECIFICACIONES. ¿SE ACEPTA?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:21 AM

Comentario: PREGUNTA 2. ANEXO 8. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO EQUIPO PARA PAQUETE DE INMUNOLOGÍA II. PARA EL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (C.E.T.S.) . EQUIPO. SOLICITAN QUE EL

PROVEEDOR: DEBERÁ PROPORCIONAR UN

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:23 AM

Comentario: AGITADOR DE PLAQUETAS CON CAPACIDAD PARA 48 BOLSAS INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 40 °C, ACCESO A CADA ENTREPAÑO (REMOVIBLES) SIN INTERRUMPIR EL FUNCIONAMIENTO INTERIOR, EN ACERO INOXIDABLE. DEBERÁ PROPORCIONAR UNA INCUBADORA PARA PLAQUETAS, CON

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:24 AM

Comentario: ALARMA AUDIBLE Y VISUAL INTERVALO DE TEMP. DE 15 A 40°C, INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE INTERFASE CON COMPUTADORA O REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y LOS NIVELES DE TEMPERATURA. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PROPORCIONAR AGITADOR DE PLAQUETAS

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:25 AM

Comentario: INTEGRADO CON AGITADOR E INCUBADOR PARA 48 BOLSAS CON UN INTERVALO DE TEMPERATURA DE 22°C +/- 0.5°C, QUE ES LA TEMPERATURA RECOMENDADA PARA LA AGITACIÓN DE PLAQUETAS. ¿SE ACEPTA?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:26 AM

Comentario: PREGUNTA 3. PUNTO 4, INCISO C), NÚMERO 22. SOLICITAN: DOCUMENTOS QUE ACREDITEN ENCONTRARSE AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, TANTO FEDERALES COMO ESTATALES Y MUNICIPALES, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 33 BIS

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:27 AM

Comentario: DEL CÓDIGO FISCAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SIENDO LOS SIGUIENTES: EL DOCUMENTO ACTUALIZADO EXPEDIDO POR EL S.A.T., EN EL QUE

SE EMITA OPINIÓN SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS I.2.1.15 Y

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:28 AM

Comentario: II.2.1.13 DE LA MISCELÁNEA FISCAL PARA EL EJERCICIO 2013 PUBLICADA EN EL DOF EL 28 DE DICIEMBRE DE 2012, COMPROBANTE DEL ÚLTIMO PAGO DE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS, REFRENDO Y/O TENENCIA DE LOS VEHÍCULOS DE SU PROPIEDAD E IMPUESTO PREDIAL DEL DOMICILIO

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:28 AM

Comentario: FISCAL.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 09:28 AM

Comentario: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ACEPTE COPIA SIMPLE DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS. ¿SE ACEPTA?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV (Proveedor_757)

Hora del comentario: 06:35 PM

Comentario: 1. ANEXO 8, CARACTERISTICAS DEL EQUIPO SOLICITADO EN COMODATO EN LA ADQUISICION DE BOLSAS PARA SANGRADO DE DONADORES, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE ACEPTE EQUIPO YA INSTALADO Y FUNCIONANDO DERIVADO DE LA LICITACION ANTERIOR

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV (Proveedor_757)

Hora del comentario: 06:36 PM

Comentario: ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV (Proveedor_757)

Hora del comentario: 06:36 PM

Comentario: 2. ANEXO 8, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE, PARA EL CASO DE LA PARTIDA DE INMUNOHEMATOLOGIA, NOS PERMITA OFERTAR ESTA MISMA INDIVIDUALMENTE, LO ANTERIOR PARA PODER MEJORAR LA OFERTA ACTUAL,

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV (Proveedor_757)

Hora del comentario: 06:36 PM

Comentario: AL PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO Y ATENCION ESPECIALIZADA SIN NECESIDAD DE DEPENDER DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:08 PM

Comentario: 1.- SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEAN ACEPTADOS EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD MENOR A 6 AÑOS, MISMOS QUE DEBERÁN CUMPLIR CON UN EXCELENTE SERVICIO AL USUARIO Y EN CASO CONTRARIO DE NO CUMPLIR CON LAS NECESIDADES

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:09 PM

Comentario: QUE DEMANDEN LAS UNIDADES SERÁN REEMPLAZADOS PARA SEGUIR CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS DE CALIDAD DE LAS UNIDADES PARTICIPANTES. ¿SE ACEPTA?

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:09 PM

Comentario: 2.- EN LAS PRESENTES BASES NO MENCIONAN EQUIPO PARA EL PROCESO DE DROGAS TERAPÉUTICAS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA NO COTIZAR DICHO RENGLÓN. ¿SE ACEPTA?

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:10 PM

Comentario: 3.- EN LAS PRESENTES BASES PAGINA 9 PUNTO NÚMERO 13 SOLICITAN "COPIA SIMPLE LEGIBLE DEL REGISTRO SANITARIO DE LOS EQUIPOS Y REACTIVOS PROPUESTOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD". SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SEA ACEPTADA CARTA COMPROMISO DE

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:10 PM

Comentario: ENTREGAR DICHOS REGISTROS EN CASO DE SER SOLICITADOS UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. ¿SE ACEPTA?

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:10 PM

Comentario: 4.- SOLICITO A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA ESPECIFIQUE SI LA INSCRIPCIÓN A UN PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO APLICA PARA LA PARTIDA 7 INMUNOLOGÍA Y LA PARTIDA 12 INMUNOHEMATOLOGÍA.

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:11 PM

Comentario: 5.- EN EL ANEXO 2 DE LAS PRESENTES BASES SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA COLUMNA "PRUEBA" SE REFIERE A "DESCRIPCION" DEL ANEXO 1. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:11 PM

Comentario: 6.- EN EL ANEXO 2 DE LAS PRESENTES BASES SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA COLUMNA "DESCRIPCION COMPLETA" SE REFIERE A "LAS CARACTERISTICAS Y DESCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS" CONTENIDAS EN EL ANEXO 8. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:11 PM

Comentario: 7.- EN EL ANEXO 2 DE LAS PRESENTES BASES SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA COLUMNA "PRESENTACION" SE PUEDE OMITIR. ¿SE ACEPTA?

Participante: VELEMED, S.A. DE C.V. (Proveedor_779)

Hora del comentario: 10:12 PM

Comentario: 8.- EN EL ANEXO 2 DE LAS PRESENTES BASES SOLICITO A LA CONVOCANTE ACLARAR SI LA COLUMNA "CANTIDAD OFERTADA" SE REFIERE A LA SUMA TOTAL DE PRUEBAS CORRESPONDIENTES A CADA PARTIDA. ¿ES CORRECTA MI APRECIACIÓN?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:32 PM

Comentario: Quimica clinica de alto: Solicitan equipos con capacidad de ensayos de 170 a 2170 pruebas por minimo. Pregunta: ¿La velocidad solicitada en este punto es la velocidad del instrumento de inmunologia de 170 pbas/hr y 2000 pbas/hr para quimica clinica?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:34 PM

Comentario: Para Quimica clinica de alto: ¿Se nos permite ofertar equipos de 1400 pbas/hr e instrumento de inmunologia de 400 pbas/hr, sumando 1800 pbas/hr, que pueden unirse por medio de un procesador analitico?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:37 PM

Comentario: Quimica clinica de mediano rendimiento: Solicitamos se acepte instrumento con tecnicas de analisis: Absorbancia, espectrometria, turbidimetria e ion selectivo, debido a que las pruebas que solicitan en este nivel no ocupan la flourescencia polarizada.

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:39 PM

Comentario: Quimica clinica bajo rendimiento: Solicitamos se nos acepte instrumento con teclado externo ya que esto no afecta en la calidad de los resultados. ¿se acepta?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:43 PM

Comentario: Hematologia: Tres niveles de equipamiento: Las características de los equipos que solicitan, estan dirigidas a la marca Roche, restringiendo una libre participacion. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar equipos, con caracteristi

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:45 PM

Comentario: cas propias de la marca que representamos, con características equivalentes o en algunas superiores, sin que esto demerite la calidad ni el tiempo de respuesta de los resultados, con la garantia de que los equipos que ofertaremos han demostrado ser

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:45 PM

Comentario: de los mejores a nivel mundial en su respetiva categoria. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:49 PM

Comentario: Inmunologia: Solicitan capacidad minima de 60 inmunoensayos heterogeneos mediante electroquimioluminiscencia. Esta caracteristica es propia de la marca Roche. Para permitir una libre participacion, solicitamos a la convocante, nos permita ofertar equipo

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:51 PM

Comentario: cuyo fundamento se base en la quimioluminiscencia, que es una tecnologia de igual o mayor sensibilidad que la solicitada y qu ademas, al menos 4 casas comerciales mas la pueden ofrecer. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:54 PM

Comentario: Inmunologia: Solicitan equipos que realice pruebas que no estan dentro de las solicitadas dentro de la partida 7, solicitamos nos permitan ofertar un equipo que cubra totalmente las necesidades de esta partida, permitiendo asi una libre participacion

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 11:58 PM

Comentario: Coagulacion, alto y mediano rendimiento: Las características que solicitan son especificas de la marca IL Diagnostics, lo cual puede ser considerado tendencioso. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la tecnologia propia de la

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 12:00 AM

Comentario: marca que representamos, en ambos rendimientos, con características equivalentes a las solicitadas, así con ello, no demeritar la calidad de los resultados que actualmente obtienen, además que son equipos que han demostrado ser de los mejores a nivel

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 12:01 AM

Comentario: mundial en sus respectivas categorías. ¿Se acepta nuestra solicitud?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 12:04 AM

Comentario: Uroanálisis alto rendimiento: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo nos permita ofertar equipo que almacene los datos en un sistema de gestión, lo cual hace más amplio el rango de almacenamiento de datos. ¿Se acepta?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 12:05 AM

Comentario: Uroanálisis mediano rendimiento: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo nos permita ofertar equipo que almacene los datos en un sistema de gestión, lo cual hace más amplio el rango de almacenamiento de datos. ¿Se acepta?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 12:08 AM

Comentario: Uroanálisis bajo rendimiento: Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar, para promover la libre participación, equipo que maneje sus propias longitudes de onda y con un número mayor de estas lo cual lo hace más sensible. ¿Se acepta?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 12:11 AM

Comentario: Uroanálisis bajo rendimiento: Solicitan que elimine interferencia por ac. ascórbico, esta característica es propia de una sola casa comercial. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sistema que elimine las interferencias de color. ¿Se acepta?

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 12:17 AM

Comentario: Partida 19 Kit de Hgb glucosilada. De acuerdo a las especificaciones solicitadas, requieren lancetas para la toma de muestra, así podrán obtener sangre capilar. Solicitamos amablemente a la convocante que la descripción de sangre arterial sea opcional

Participante: DICIPA, S.A. DE C.V. (Proveedor_806)

Hora del comentario: 12:17 AM

Comentario: Solicitamos amablemente a la convocante, nos indique el número de equipos requeridos para la partida 19 de Hgb Glucosilada.

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V. (Proveedor_1269)

Hora del comentario: 07:47 AM

Comentario: en referencia a la partida 20 se solicita nos informen el numero de equipos solicitados por la convocante.

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V. (Proveedor_1269)

Hora del comentario: 07:50 AM

Comentario: en misma referencia a la partida 20, se solicita sea aceptada microcubeta que no necesita reactivo ni refrigeracion COMPATIBLE CON HEMOGLOBINOMETRO QUE REALIZA LA DETERMINACIÓN DE HEMOGLOBINA LIBRE, TIPO DE MEDICIÓN FOTOMÉTRICA, AMPLIO ESPECTRO CON

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V. (Proveedor_1269)

Hora del comentario: 07:50 AM

Comentario: COMPENSACIÓN CON TURBIDEZ Y DISPERSIÓN, REQUIERE SANGRE FRESCA CAPILAR O VENOSA, SE PUEDE USAR ANTICOAGULANTE SECO EDTA O HEPARINA, MUESTRA RESULTADOS EN 2 SEGUNDOS

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V. (Proveedor_1269)

Hora del comentario: 07:53 AM

Comentario: de ser afirmativa la respuesta anterior se solicita sea aceptada ofertar bolsa con 100 o se acepte ofertar por pieza para determinar su equivalente en unidades

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 08:41 AM

Comentario: PREGUNTA 4.- EN EL ANEXO 8 CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO 2014, EN EQUIPOS PARA GASOMETRIAS SOLICITAN 8 EQUIPOS : 3 PARA EL H.MATERNO-INFANTIL, 2 PARA EL H.METROPOLITANO, 1 PARA H. DE SABINAS HIDALGO,1 PARA

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 08:41 AM

Comentario: H. DE CERRALVO Y 1 PARA EL H. DE DR.ARROYO Y EN EL ANEXO 9 APARECE TAMBIEN EL HOSPITAL DE GALEANA CON REQUERIMIENTO DE PRUEBAS.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 08:42 AM

Comentario: DEBEMOS CONSIDERAR AL HOSPITAL DE GALEANA CON 1 EQUIPO MAS SIENDO EN TOTAL 9 EQUIPOS ¿ES CORRECTA LA APRECIACION?

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. (Proveedor_751)

Hora del comentario: 09:38 AM

Comentario: En la partida 19 solicitan caja con 10 pruebas, solicitamos a la convocante nos permita ofertar caja con 20 pruebas.

Participante: La Convocante (La Convocante)

Hora del comentario: 10:03 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 20/02/2014 a las 10:03 AM horas.

A continuación se dará respuesta a las preguntas presentadas por el licitante:

LICITANTE: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
Pregunta 1:	Punto 4, inciso c), número 22. solicitan: documentos que acrediten encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto federales como estatales y municipales, de acuerdo a lo señalado en el artículo 33 bis del código fiscal del estado de nuevo león, siendo los siguientes: el documento actualizado expedido por el s.a.t., en el que se emita opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo establecido en las reglas i.2.1.15 y ii.2.1.13 de la miscelánea fiscal para el ejercicio 2013 publicada en el dof el 28 de diciembre de 2012, comprobante del último pago de: impuesto sobre nóminas, refrendo y/o tenencia de los vehículos de su propiedad e impuesto predial del domicilio fiscal. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta acepte copia simple de los documentos requeridos. ¿Se acepta?
Respuesta:	Si se acepta, podrá presentar copia simple.
LICITANTE: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Punto 4 forma de presentación y documentos esenciales que deberá de contener el sobre técnico. c) el sobre de propuesta técnica deberá contener: 6. folletos en español de los equipos en comodato que describan cuando menos las características solicitadas en el anexo 8. Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita presentar copias en color de los folletos de los equipos solicitados para corroborar especificaciones. ¿Se acepta?
Respuesta:	Si se acepta.
Pregunta 2:	Anexo 8. Características y especificaciones de los equipos en comodato equipo para paquete de inmunología II para el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (C.E.T.S.). equipo. Solicitan que el proveedor: deberá proporcionar un agitador de plaquetas con capacidad para 48 bolsas intervalo de temperatura de 15 a 40 °C, acceso a cada entrepaño (removibles) sin interrumpir el funcionamiento interior, en acero inoxidable. Deberá proporcionar una incubadora para plaquetas, con alarma audible y visual intervalo de temperatura de 15 a 40°C, interior en acero inoxidable interface con computadora o registrador electrónico y los niveles de temperatura. Solicitamos a la convocante se nos permita proporcionar agitador de plaquetas integrado con agitador e incubador para 48 bolsas con un intervalo de temperatura

	de 22°C +/- 0.5°C, que es la temperatura recomendada para la agitación de plaquetas. ¿Se acepta?
Respuesta:	Si se acepta.
Pregunta 3:	En el anexo 8 características y especificaciones de los equipos en comodato 2014, en equipos para gasometrías solicitan 8 equipos: 3 para el H. Materno-Infantil, 2 para el H. Metropolitano, 1 para H. de Sabinas Hidalgo, 1 para H. de Cerralvo y 1 para el H. de Dr. Arroyo y en el anexo 9 aparece también el Hospital de Galeana con requerimiento de pruebas. Debemos considerar al Hospital de Galeana con 1 equipo más siendo en total 9 equipos ¿es correcta la apreciación?
Respuesta:	Si es correcta su apreciación.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
Pregunta 1:	Anexo 8, características del equipo solicitado en comodato en la adquisición de bolsas para sangrado de donadores, solicitamos atentamente a la convocante acepte equipo ya instalado y funcionando derivado de la Licitación anterior. ¿Se acepta esta propuesta?
Respuesta:	No se acepta su propuesta se requiere renovar el equipo.

LICITANTE: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Anexo 8, solicitamos atentamente a la convocante, para el caso de la partida de inmunohematología, nos permita ofertar esta misma individualmente, lo anterior para poder mejorar la oferta actual, al proporcionar un mejor servicio y atención especializada sin necesidad de depender directamente del fabricante. ¿Se acepta esta propuesta?
Respuesta:	No se acepta su propuesta; deberá ofertarse la partida completa con las tres pruebas que la integran.

LICITANTE: VELEMED, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
Pregunta 1:	En las presentes bases pagina 9 punto número 13 solicitan "copia simple legible del registro sanitario de los equipos y reactivos propuestos otorgados por la secretaría de salud". Se solicita a la convocante sea aceptada carta compromiso de entregar dichos registros en caso de ser solicitados una vez firmado el contrato correspondiente. ¿Se acepta?
Respuesta:	No se acepta su solicitud deberá entregarlos en el sobre de su propuesta técnica.
Pregunta 2:	En el anexo 2 de las presentes bases solicito a la convocante aclarar si la columna "prueba" se refiere a "descripción" del anexo 1. ¿Es correcta mi apreciación?
Respuesta:	Si es correcta su apreciación.
Pregunta 3:	En el anexo 2 de las presentes bases solicito a la convocante aclarar si la columna "descripción completa" se refiere a "las características y descripciones de los equipos" contenidas en el anexo 8. ¿Es correcta mi apreciación?

Respuesta:	Si es correcta su apreciación.
Pregunta 4:	En el anexo 2 de las presentes bases solicito a la convocante aclarar si la columna "presentación" se puede omitir. ¿Se acepta?
Respuesta:	No se acepta, deberá incluir la presentación a ofertar.
Pregunta 5:	En el anexo 2 de las presentes bases solicito a la convocante aclarar si la columna "cantidad ofertada" se refiere a la suma total de pruebas correspondientes a cada partida. ¿Es correcta mi apreciación?
Respuesta:	Deberá mencionar la cantidad ofertada de cada una de las pruebas que integran la partida.

LICITANTE: VELEMED, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Se solicita a la convocante sean aceptados equipos con antigüedad menor a 6 años, mismos que deberán cumplir con un excelente servicio al usuario y en caso contrario de no cumplir con las necesidades que demanden las unidades serán reemplazados para seguir cumpliendo con las exigencias de calidad de las unidades participantes. ¿Se acepta?
Respuesta:	Si se acepta; siempre que se asegure el buen funcionamiento del equipo.
Pregunta 2:	En las presentes bases no mencionan equipo para el proceso de drogas terapéuticas, se solicita a la convocante de la manera más atenta nos permita no cotizar dicho renglón. ¿Se acepta?
Respuesta:	Si se acepta, se elimina de la presente subasta la partida 11.
Pregunta 3:	Solicito a la convocante de la manera más atenta especifique si la inscripción a un programa de control de calidad externo aplica para la partida 7 inmunología y la partida 12 inmunohematología.
Respuesta:	No aplica para las partidas 7 y 12.

LICITANTE: DICIPA, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	Química Clínica de alto: Solicitan equipos con capacidad de ensayos de 170 a 2170 pruebas por mínimo. ¿La velocidad solicitada en este punto es la velocidad del instrumento de inmunología de 170 pbas/hr y 2000 pbas/hr para Química Clínica?
Respuesta:	El rango de la velocidad es solo para el equipo Química Clínica.
Pregunta 2:	Para Química Clínica de alto: ¿Se nos permite ofertar equipos de 1400 pbas/hr e instrumento de inmunología de 400 pbas/hr, sumando 1800 pbas /hr, que pueden unirse por medio de un procesador analítico?
Respuesta:	No se acepta; el rango de velocidad es de acuerdo a la demanda.
Pregunta 3:	Química Clínica de mediano rendimiento: Solicitamos se acepte instrumento con técnicas de análisis: Absorbancia, espectrometría, turbidimetría e ion selectivo, debido a que las pruebas que solicitan en este nivel no ocupan la fluorescencia polarizada.
Respuesta:	No se acepta; se requiere la fluorescencia polarizada para incrementar la confiabilidad de los resultados.
Pregunta 4:	Química Clínica bajo rendimiento: Solicitamos se nos acepte instrumento con teclado externo ya que esto no afecta en la calidad de los resultados. ¿Se acepta?

Respuesta:	No se acepta, debido a que se requiere el teclado integrado para facilitar la funcionalidad del equipo y operatividad del personal optimizando los tiempos y movimientos.
Pregunta 5:	Hematología: Tres niveles de equipamiento: Las características de los equipos que solicitan, están dirigidas a la marca Roche, restringiendo una libre participación. Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar equipos, con características propias de la marca que representamos, con características equivalentes o en algunas superiores, sin que esto demerite la calidad ni el tiempo de respuesta de los resultados, con la garantía de que los equipos que ofertaremos han demostrado ser de los mejores a nivel mundial en su respectiva categoría. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Las características solicitadas en las bases son las mínimas requeridas pudiendo ofertar su tecnología sin modificar las bases.
Pregunta 6:	Inmunología: Solicitan capacidad mínima de 60 inmunoensayos heterogéneos mediante electroquimioluminiscencia. Esta característica es propia de la marca Roche. Para permitir una libre participación, solicitamos a la convocante, nos permita ofertar equipo cuyo fundamento se base en la quimioluminiscencia, que es una tecnología de igual o mayor sensibilidad que la solicitada y que además, al menos 4 casas comerciales más la pueden ofrecer. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	No se acepta; la confiabilidad de los resultados con la técnica de electro quimioluminiscencia es mayor que con la técnica de quimioluminiscencia.
Pregunta 7:	Inmunología: Solicitan equipos que realice pruebas que no están dentro de las solicitadas dentro de la partida 7, solicitamos nos permitan ofertar un equipo que cubra totalmente las necesidades de esta partida, permitiendo así una libre participación.
Respuesta:	No se acepta, ya que nuestro proyecto es ampliar el número de estudios para obtener una mayor cobertura diagnóstica.
Pregunta 8:	Coagulación, alto y mediano rendimiento: Las características que solicitan son específicas de la marca IL Diagnostics, lo cual puede ser considerado tendencioso. Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar la tecnología propia de la marca que representamos, en ambos rendimientos, con características equivalentes a las solicitadas, así con ello, no demeritar la calidad de los resultados que actualmente obtienen, además que son equipos que han demostrado ser de los mejores a nivel mundial en sus respectivas categorías. ¿Se acepta nuestra solicitud?
Respuesta:	Las características anotadas en las bases son las mínimas requeridas por el área usuaria, pudiendo ofertar su tecnología sin modificar las bases.
Pregunta 9:	Uroanálisis alto rendimiento: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo nos permita ofertar equipo que almacene los datos en un sistema de gestión, lo cual hace más amplio el rango de almacenamiento de datos. ¿Se acepta?
Respuesta:	No se acepta, el equipo requerido deberá contar con una memoria de 1000 muestras como mínimo. Estos equipos deberán estar interfazados al sistema de red con que cuentan los laboratorios aplicables de las diferentes unidades operativas de la convocante.
Pregunta 10:	Uroanálisis mediano rendimiento: Solicitamos amablemente a la convocante nos permita ofertar equipo que almacene los datos en un sistema de gestión, lo cual hace más amplio el rango de almacenamiento de datos. ¿Se acepta?
Respuesta:	No se acepta, el equipo requerido deberá contar con una memoria de 1000 muestras

	como mínimo. Estos equipos deberán estar interfazados al sistema de red con que cuentan los laboratorios aplicables de las diferentes unidades operativas de la convocante.
Pregunta 11:	Uroanálisis bajo rendimiento: Solicitamos amablemente a la convocante, nos permita ofertar, para promover la libre participación, equipo que maneje sus propias longitudes de onda y con un número mayor de estas lo cual lo hace más sensible. ¿Se acepta?
Respuesta:	No se acepta, se requiere longitud de onda de 565 a 610 nm para garantizar una mayor confiabilidad de los resultados.
Pregunta 12:	Uroanálisis bajo rendimiento: Solicitan que elimine interferencia por ac. ascórbico, esta característica es propia de una sola casa comercial. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar sistema que elimine las interferencias de color. ¿Se acepta?
Respuesta:	No se acepta. La eliminación de interferencia por ácido ascórbico es fundamental en nuestros métodos de confiabilidad de resultados.
Pregunta 13:	Partida 19 Kit de Hgb glucosilada. De acuerdo a las especificaciones solicitadas, requieren lancetas para la toma de muestra, así podrán obtener sangre capilar. Solicitamos amablemente a la convocante que la descripción de sangre arterial sea opcional.
Respuesta:	Si se acepta.
Pregunta 14:	Solicitamos amablemente a la convocante, nos indique el número de equipos requeridos para la partida 19 de Hgb Glucosilada.
Respuesta:	1,870 equipos portátiles con 10 pruebas cada equipo.




LICITANTE: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	En referencia a la partida 20 se solicita nos informen el número de equipos solicitados por la convocante.
Respuesta:	No solicitamos equipos ya que contamos con equipos propios de acuerdo a la descripción del equipo en el anexo 8.
Pregunta 2:	En misma referencia a la partida 20, se solicita sea aceptada microcubeta que no necesita reactivo ni refrigeración compatible con hemoglobímetro que realiza la determinación de hemoglobina libre, tipo de medición fotométrica, amplio espectro con compensación con turbidez y dispersión, requiere sangre fresca capilar o venosa, se puede usar anticoagulante seco edta o heparina, muestra resultados en 2 segundos.
Respuesta:	La convocante cuenta con equipo propio, por lo que los reactivos deben ser compatibles con el mismo.
Pregunta 3:	De ser afirmativa la respuesta anterior se solicita sea aceptada ofertar bolsa con 100 o se acepte ofertar por pieza para determinar su equivalente en unidades.
Respuesta:	No se acepta, la distribución del recurso en las Unidades requiere sea c/50.


LICITANTE: ARTIMEDICA, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
Pregunta 1:	En la partida 19 solicitan caja con 10 pruebas, solicitamos a la convocante nos


	permite ofertar caja con 20 pruebas.
Respuesta:	Si se acepta.

De esta manera se da por concluido el foro de aclaraciones de la presente subasta, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal de subastas electrónicas del gobierno del estado y en la página oficial de CompraNet.



No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 13:00 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	C.P. PEDRO ANTONIO VALADES RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. ROGELIO OMAR VILLARREAL FLORES	

MIEMBRO DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR DE HOSPITALES	DR. MARCO ANÍBAL RODRÍGUEZ VARGAS	

LABORATORIO ESTATAL	Q.B.P. HÉCTOR GRACIA LEAL	
---------------------	---------------------------	---

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES	C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA	
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA	LIC. SONIA MARCELA ROBLES TERREROS	

[Handwritten signatures and marks]