

SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
FORO DE ACLARACIONES DE LA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N19-2012
(S.S.N.L. 15/2012)**

**REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPO EN COMODATO
PARA EL RESULTADO DE LOS MISMOS 2da. VUELTA**

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEÓN, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 12 DE ABRIL DEL 2012, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES, UBICADA EN MATAMOROS No. 520 OTE., PRIMER PISO, CENTRO DE LA CIUDAD, PARA EFECTUAR LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE FORO DE ACLARACIONES A LAS BASES DEL CONCURSO DE LA **SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. EA-919044992-N19-2012** REFERENTE A **REACTIVOS PARA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPO EN COMODATO PARA EL RESULTADO DE LOS MISMOS 2da. VUELTA**, ESTANDO PRESENTES LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES E INVITADOS QUE FIGURAN Y FIRMAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA. - - - - EN USO DE LA PALABRA EL ING. SERGIO ALBERTO TREVIÑO MARROQUÍN, SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES EN REPRESENTACIÓN DEL C.P. ALFONSO MACÍAS OYARZABAL, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, PRESIDE Y PROCEDE A DAR INICIO AL FORO DE ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 103 Y 104 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO LO SEÑALADO EN LAS BASES DE LA SUBASTA EN REFERENCIA. - - - - LA CONVOCANTE HACE CONSTAR QUE EL FORO DE ACLARACIONES DIO INICIO EL DÍA 09 DE ABRIL DEL 2012 A LAS 10:00 HORAS, COMO SE ESTABLECE EN CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA SUBASTA Y QUE RECIBIO LAS PREGUNTAS PRESENTADAS A TRAVÉS DEL PORTAL DE SUBASTAS ELECTRÓNICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, POR LOS LICITANTES QUE ADQUIRIERON SUS BASES, DE LAS CUALES SE LES DARÁ RESPUESTA A LAS MISMAS DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO, SIENDO ESTO CONFORME A LO SIGUIENTE:

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 95

El día 09/04/2012 a las 09:00 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 95 y número de CompraNet EA-919044992-N19-2012 vía Internet estando registrados los

siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 11/04/2012 10:02:51 AM

Proveedores

Nombre: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_793

Hora de Registro: 10/04/2012 15:34:45 PM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:34 PM

Comentario: buenas tardes

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:38 PM

Comentario: Punto número seis (6). Además de anexar dentro del sobre de su propuesta técnica; solicitan que se deberán presentar folletos en español de los equipos en comodato que describan cuando menos las características solicitadas en el anexo 9. Solicitamos

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:38 PM

Comentario: a la convocante nos permita presentar copias en color de los folletos de los equipos. ¿Se acepta?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:41 PM

Comentario: PREGUNTA 2: Anexo 9. Características y especificaciones de los equipos en comodato. Equipo para paquete de inmunología II. Para el centro estatal de la transfusión sanguínea (C.E.T.S.) Equipo. Solicitan que el proveedor: Deberá proporcionar un

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (

Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:42 PM

Comentario: AGITADOR DE PLAQUETAS con capacidad para 48 bolsas intervalo de temperatura de 15 a 40 °C, acceso a cada entrepaño (removibles) sin interrumpir el funcionamiento interior, en acero inoxidable.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (

Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:42 PM

Comentario: Deberá proporcionar una INCUBADORA PARA PLAQUETAS, con alarma audible y visual intervalo de temp. De 15 a 40°C, interior en acero inoxidable interfase con computadora o registrador electrónico y los niveles de temperatura.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (

Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:43 PM

Comentario: Solicitamos a la convocante se nos permita proporcionar agitador de plaquetas integrado con agitador e incubador para 48 bolsas con un intervalo de temperatura de 22°C +/- 0.5°C, que es la temperatura recomendada para la agitación de plaquetas.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (

Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:43 PM

Comentario: ¿Se acepta?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (

Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:44 PM

Comentario: PREGUNTA 3: Anexo 9. Características y especificaciones de los equipos en comodato. Equipo para paquete de inmunología II. Para el centro estatal de la transfusión sanguínea (C.E.T.S.) Equipo. Solicitan que el proveedor: Deberá proporcionar un

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (

Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:44 PM

Comentario: AGITADOR DE PLAQUETAS con capacidad para 48 bolsas intervalo de temperatura de 15 a 40 °C, acceso a cada entrepaño (removibles) sin interrumpir el funcionamiento interior, en acero inoxidable.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:45 PM

Comentario: Deberá proporcionar una INCUBADORA PARA PLAQUETAS, con alarma audible y visual intervalo de temp. De 15 a 40°C, interior en acero inoxidable interfase con computadora o registrador electrónico y los niveles de temperatura.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:45 PM

Comentario: Debido a que es un equipo adicional que no interviene en el proceso de medición de analitos, solicitamos a la convocante se nos permita entregar solamente impresión a color del folleto del equipo solicitado para corroborar especificaciones.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:46 PM

Comentario: ¿Se acepta?

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:47 PM

Comentario: PREGUNTA 4: Anexo 9. Características y especificaciones de los equipos en comodato Equipo Automatizado para la determinación de la Hemoglobina Glicosilada HbA1C.

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:48 PM

Comentario: Solicitan equipo con linealidad de resultados desde 4% hasta 19% de HbA1c. Solicitan equipo con linealidad de resultados desde 4% hasta 19% de HbA1c. Solicitamos a la convocante acepte propuesta de equipo con linealidad de resultado

Participante: INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON S.A.DE C.V. (Proveedor_793)

Hora del comentario: 03:49 PM

Comentario: desde 3.8% a 18.5% de HbA1C. ¿Se acepta?

Participante: La Convocante (La Convocante)

Hora del comentario: 10:02 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 11/04/2012 a las 10:02 AM horas.

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DEL PROVEEDOR INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCÓN, S.A. DE C.V. (PROVEEDOR_793) -----

1.- PUNTO NÚMERO SEIS (6), ADEMÁS DE ANEXAR DENTRO DEL SOBRE DE SU PROPUESTA TÉCNICA, SOLICITAN QUE SE DEBERÁN PRESENTAR FOLLETOS EN ESPAÑOL DE LOS EQUIPOS EN COMODATO QUE DESCRIBAN CUANDO MENOS LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 9, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR COPIAS EN COLOR DE LOS FOLLETOS DE LOS EQUIPOS. ¿SE ACEPTA? R= SI SE ACEPTA.-----

2.- ANEXO 9, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, EQUIPO PARA PAQUETE DE INMUNOLOGÍA II PARA EL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (C.E.T.S.) EQUIPO, SOLICITAN QUE EL PROVEEDOR, DEBERÁ PROPORCIONAR UN AGITADOR DE PLAQUETAS CON CAPACIDAD PARA 48 BOLSAS, INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 40 °C, ACCESO A CADA ENTREPAÑO (REMOVIBLES) SIN INTERRUMPIR EL FUNCIONAMIENTO INTERIOR, EN ACERO INOXIDABLE, DEBERÁ PROPORCIONAR UNA INCUBADORA PARA PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 40°C, INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE INTERFASE CON COMPUTADORA O REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y LOS NIVELES DE TEMPERATURA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA PROPORCIONAR AGITADOR DE PLAQUETAS INTEGRADO CON AGITADOR E INCUBADOR PARA 48 BOLSAS CON UN INTERVALO DE TEMPERATURA DE 22°C +/- 0.5°C, QUE ES LA TEMPERATURA RECOMENDADA PARA LA AGITACIÓN DE PLAQUETAS. ¿SE ACEPTA? R=SI SE ACEPTA.-----

3.- ANEXO 9, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO, EQUIPO PARA PAQUETE DE INMUNOLOGÍA II, PARA EL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA (C.E.T.S.) EQUIPO, SOLICITAN QUE EL PROVEEDOR, DEBERÁ PROPORCIONAR UN AGITADOR DE PLAQUETAS CON CAPACIDAD PARA 48 BOLSAS INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 40 °C, ACCESO A CADA ENTREPAÑO (REMOVIBLES) SIN INTERRUMPIR EL FUNCIONAMIENTO INTERIOR, EN ACERO INOXIDABLE, DEBERÁ PROPORCIONAR UNA INCUBADORA PARA PLAQUETAS, CON ALARMA AUDIBLE Y VISUAL INTERVALO DE TEMPERATURA DE 15 A 40°C, INTERIOR EN ACERO INOXIDABLE INTERFASE CON COMPUTADORA O REGISTRADOR ELECTRÓNICO Y LOS NIVELES DE

TEMPERATURA, DEBIDO A QUE ES UN EQUIPO ADICIONAL QUE NO INTERVIENE EN EL PROCESO DE MEDICIÓN DE ANALITOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE NOS PERMITA ENTREGAR SOLAMENTE IMPRESIÓN A COLOR DEL FOLLETO DEL EQUIPO SOLICITADO PARA CORROBORAR ESPECIFICACIONES. ¿SE ACEPTA? R=SI SE ACEPTA.-----

4.- ANEXO 9, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS EN COMODATO EQUIPO AUTOMATIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C, SOLICITAN EQUIPO CON LINEALIDAD DE RESULTADOS DESDE 4% HASTA 19% DE HBA1C, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTE PROPUESTA DE EQUIPO CON LINEALIDAD DE RESULTADO DESDE 3.8% A 18.5% DE HBA1C, ¿SE ACEPTA? R= SI SE ACEPTA.-----

-----GENERALES-----

1.- PARA EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL SE CANCELAN LAS 11,000 PRUEBAS PARA T. PALLIDUM.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DÁ POR TÉRMINADO EL PRESENTE EVENTO, SIENDO LAS 11:20 HORAS DE LA FECHA INDICADA AL INICIO DE ESTA ACTA, FIRMANDO DE CONFORMIDAD Y PARA CONSTANCIA LEGAL LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO.-----

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO


ING. SERGIO ALBERTO TREVINO MARROQUÍN
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES


LIC. RAÚL GABRIEL VILLARREAL SANMIGUEL
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS Y TESORERÍA
GENERAL DEL ESTADO


LIC. FIDEL DÍAZ TEZUMA CARRILLO
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
JURÍDICA

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACION Y COMPROBACION DE LA CONTRALORÍA Y
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

INVITADOS



C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA
COORDINADOR DE LICITACIONES


C.P. JORGE ARTURO CARDONA GAYTAN
UNIDAD DE EVALUACION Y
TRANSPARENCIA



INVITADOS DEL AREA USUARIA

**Q.B.P. HÉCTOR GRACIA LEAL
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA**



ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACTA DE FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRONICA INVERSA No. EA-919044992-N19-2012

