

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEON
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO**

**ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 264**

El día 12/06/2013 a las 09:00 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 264 y número de CompraNet EA-919044992-N30-2013 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 14/06/2013 09:37:08 AM

Proveedores

Nombre: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_811

Hora de Registro: 12/06/2013 09:26:47 AM

Nombre: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_762

Hora de Registro: 12/06/2013 15:25:57 PM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:26 AM

Comentario: pregunta 1, referente al punto 4 inciso c), sobre de propuesta tecnica, la convocante solicita, manual de operacion de los equipos medicos, solicitamos a la convocante nos permita entregar carta bajo protesta de decir verdad que, continuacion

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:27 AM

Comentario: en caso de ser adjudicados en la presente licitacion deberemos de entregar los manuales de los equipos medicos propuestos

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:29 AM

Comentario: pregunta 2, referente al punto 4 inciso c), sobre de propuesta tecnica, la convocante solicita, catalogos de los equipos que oferte en idioma español o ingles siempre y cuando se acompañe de su traduccion simple al español, continuacion,,,

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:30 AM

Comentario: es corecto presentar la traduccion simple al español del catalogo solo de la parte que se necesite traducir

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:32 AM

Comentario: pregunta 3, solicitamos a la convocante se pida carta bajo protesta de decir verdad por parte del licitante donde manifieste bajo protesta de decir verdad los equipos medicos e instrumentales que se instalaran en comodato, mencionando marca y modelo

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:35 AM

Comentario: pregunta 4, en el anexo 2, formato de proposicion tecnica, en la parte de descripcion del bien, es correcto poner el tipo de procedimiento laparoscopico como lo menciona el anexo 9, asi mismo en la parte de descripcion tecnica sera,, continuacion

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:36 AM

Comentario: conveniente agregar los insumos requeridos para el procedimiento al que se hace referencia

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:38 AM

Comentario: pregunta 5, en el anexo 2, formato de proposicion tecnica, en la parte de marca, modelo y datos del fabricante, es posible poner diversos datos o diversos fabricantes ya que le paquete de insumos, ya sea de cirugia general, urologia,,,, continuacion

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:40 AM

Comentario: u otra especialidad, los insumos a suministrar son de diferentes

marcas, modelos y fabricantes.

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:41 AM

Comentario: pregunta 6, en el anexo 2, formato de proposicion tecnica, en la parte de presentacion y unidad de medida, es correcto poner, procedimiento quirurgico o servicio qururgico

Participante: CONTROL SCIENTIFIC, S.A. DE C.V. (Proveedor_811)

Hora del comentario: 09:42 AM

Comentario:

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:25 PM

Comentario: 1.1 PRECISIONES

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:26 PM

Comentario: En caso de que se presenten proposiciones con características y presentación distintas a las señaladas en los anexos mencionados, su aceptación dependerá del Comité Evaluador, reservándose la Convocante el derecho a rechazar las propuestas.

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:27 PM

Comentario: 1.2 PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO El licitante ganador entregará, instalará y pondrá en operación dentro de las 20 días hábiles siguientes a la resolución de la adjudicación los equipos médicos, así como el instrumental y consumibles que se requ

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:31 PM

Comentario: pregunta 3 4 FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESCENCIALES QUE DEBERA DE CONTENER EL SOBRE TECNICO. c) El sobre de propuesta técnica deberá contener:

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:32 PM

Comentario: Solicitamos a la convocante que este se entregue solo en caso de resultar adjudicados, se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:36 PM

Comentario: Pregunta 4 Anexo 8 EQUIPO DE ENDOSCOPIA PARA LAPAROSCOPIA, 1.1.2 procesador de video se solicita a la convocante poder ofertar camara de 3 chips de alta resolucio de al menos 1280 x 1024 pixeles compatibles con monitores de alta resolucio,

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:38 PM

Comentario: almacenamiento de hasta 10 programaciones individuales, objetivo par focal - zoom integrados, balance de blancos automatico, 3 chips con 2 botones programables en el cabezal de camara, cabezal compatible con las opticas, sistema de color pal-ntsc y

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:40 PM

Comentario: resolucio horizontal: menor a 800 lineas de tv, salidas de video: rgb, compuesto, sensibilidad 3 lux, cabezal de camara sumergible, con tecnologia de 3 chips ccd. ya que cada equipo cuenta con especificaciones propias de la marca, sin que esto al

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:41 PM

Comentario: funcionamiento requerido y no limitar la libre participacion de la proveeduria, se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:44 PM

Comentario: Pregunta 5 Anexo 8, equipo de torre de endoscopia para laparoscopia, 1.1.5. sistema de grabacion. Se solicita a la convocante poder ofertar: reproductor y grabador de dvd's / cd, relacion de aspecto 16:9 y puerto usb x1 (para hdd/memory stick).

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:44 PM

Comentario: Ya que cada equipo cuenta con especificaciones propias de la marca, sin afectar al funcionamiento requerido y no limitar la libre participación de la proveeduría, se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:46 PM

Comentario: Pregunta 6 Anexo 8 Equipo de torre de endoscopia para laparoscopia 1.1.6 Insuflador. Se solicita a la convocante poder ofertar insuflador funciona con gas co2, tubos de plástico desechables, llave universal, filtro de gas co2/ no2 esteril en el tubo

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:48 PM

Comentario: de plástico incorporado, flujo de gas de 0 a 20 lts por minuto, control de presión de 0 a 30 mmHg, indicador de parámetros de presión, presión intraabdominal, flujo de gas y consumos de gas. Se solicita a la convocante ofertar insuflador de 0 a 20 lt

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:49 PM

Comentario: ya que el solicitar de 45 lts encarece el procedimiento ya que es un equipo recomendado para cirugía bariátrica. se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:51 PM

Comentario: Pregunta 7 Anexo 8 Equipo de Torre de endoscopia para laparoscopia, 1.1.7 Sistema de monitoreo. Se solicita a la convocante poder ofertar pantalla de grado médico de 24" a 26" pantalla HD resolución de al menos 1920 x 1200 píxeles, relación de

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:53 PM

Comentario: aspecto de 16:10, luminosidad mínima de la pantalla de 400 cd/ m², relación de contraste de al menos 800:1 entradas disponibles: hd/cd-cdi, rgbs, rgbhv, dvi y vga. ya que cada equipo cuenta con especificaciones propias de la marca, esto sin afectar

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:53 PM

Comentario: al funcionamiento requerido y no limitar la libre participacion de la proveeduría, se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:58 PM

Comentario: Pregunta 8.-Anexo 8, Equipo electrocirugía avanzada, 1.1.2 y 1.1.3 Solicitan equipo de una marca en específico, para no limitar a la proveeduría, solicitamos a la convocante poder ofertar unidad electro quirúrgica con funciones mono y bipolar,

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:59 PM

Comentario: controlada por microprocesador con corte puro de 400 watts, mezcla 1 a 250 W, mezcla 2 a 200 watts, mezcla 3 a 150 watts, con coagulación de contacto a 120 watts, coagulación en spray a 100 watts y coagulación bipolar de 120 watts.Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:00 PM

Comentario: Pregunta 9.-Anexo 8, Equipo electrocirugía avanzada, 1.1.2.1.2 cuatro para corte/ coagulación monopolar y bipolar.Solicitamos a la convocante nos aclare a que se refiere con 4, si es el número de salidas o entradas, potencias?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:04 PM

Comentario: Pregunta10.-Anexo 8, Resestoscopio de flujo continuo que deberá ser instalada en el Hoapital Metropolitano “Dr Bernardo Sepulveda”.Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Resestoscopio Bipolar con características mayores o similares:

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:05 PM

Comentario: Telescopio de 30° 4 mm, elemento de trabajo bipolar corte pasivo, vaina para rectoscopio 26 Fr, con aislamiento, obturador estándar para las vainas para resector bipolar, cable de alta frecuencia bipolar de 300 cm de long. Así como

asa bipolar.

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:06 PM

Comentario: se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:07 PM

Comentario: Pregunta 11.-Anexo 8, Resestoscopio de flujo continuo que deberá ser instalada en el Hospital Metropolitano "Dr. Bernardo Sepulveda".En la definición del equipo, solicitan evacuador y en los puntos de la descripción de lo omiten.

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:07 PM

Comentario: Solicitamos a la convocante nos aclare, si se debe incluir en la propuesta o no?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:09 PM

Comentario: Pregunta 12.-Anexo 8, Histeroscopio Betocchi que deberá ser instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil.Solicitan Histeroscopio de una marca en específico, para no limitar la libre participación de la proveeduría,

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:09 PM

Comentario: solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipo con características similares, sin afectar al funcionamiento de lo requerido. Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:10 PM

Comentario: Pregunta 13.-Anexo 8 Cistouretroscopia Pediatrica que deberá ser instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil. 1.1.4.1 Cistoscopia Lente 0° 1.2mm 20 cm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Optica pediatrica de

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (

Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:11 PM

Comentario: 0° 1.9 mm 18.5 cm Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:12 PM

Comentario: Pregunta 14.-Anexo 8 Cistouretroscopia Pediatrica que deberá ser instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil. 1.1.4.2 Camisa para cistoscopia de 8 fr. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Camisa para cistoscopi

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:12 PM

Comentario: cistoscopia de 8 fr. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Camisa para cistoscopia de 9.5. Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:14 PM

Comentario: Pregunta 15.- Anexo 8 Cistouretroscopia Pediatrica que deberá ser instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil. 1.1.4.3 Camisa para cistoscopia de 9fr. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Camisa para

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:14 PM

Comentario: cistoscopia de 11 fr. Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:15 PM

Comentario: Pregunta 16.- Anexo 8 Cistouretroscopia Pediatrica que deberá ser instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil. 1.1.4.5 Pinza flexible CH 28 cm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Pinza de flexible de 25 cm.

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:15 PM

Comentario: Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:16 PM

Comentario: Pregunta 17.- Anexo 8 Cistoureteroscopia Pediatrica que deberá ser instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil. 1.1.4.6 Pinza de Biopsia cistoscopica 3 ch 28 cm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Pinza de

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:17 PM

Comentario: cistoscopica 3ch de 25 cm. Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:18 PM

Comentario: Pregunta 18.-Anexo 8, Cistoureteroscopia Pediatrica que deberá ser instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil. 1.1.4.8 Aguja de Inyeccion 3ch 28 cm. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar Electrodo de bola o

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:18 PM

Comentario: aguja flexible monopolar de 25 cm. Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:20 PM

Comentario: Pregunta 19.- Anexo 8 Cistoureteroscopia Pediatrica que deberá ser instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil. 1.1.4.9 Bisturi 3ch cm. Solicitamos a la convocante ofertar: Bisturi de 11 o 13 fr Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:21 PM

Comentario: Pregunta 20.- Anexo 8 Cistoureteroscopia Pediatrica que deberá ser instalada en el Hospital Regional de Alta Especialidad Materno Infantil. 1.1.4.10 Un cistoureteroscopia pediátrico 8 fr. Creemos que este punto esta demás ya que la descripción de los

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (

Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:22 PM

Comentario: puntos anteriores, engloba lo que es el Cistoureteroscopio. Es correcta nuestra apreciación?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:23 PM

Comentario: Pregunta 21 ANEXO 10 1.1.1 1.1.1 Instrumental Reutilizable para laparoscopia. Solicitamos a la convocante se acepte ofertar con un margen de +/- 10% de acuerdo a la L.A.A.S.S.P. Sin afectar al funcionamiento requerido y no limitar la libre

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:23 PM

Comentario: participación de la proveeduría, se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:25 PM

Comentario: Pregunta 22 ANEXO 10 1.1.1 Instrumental Reutilizable para Laparoscopia. Solicitamos a la convocante se acepte ofertar instrumental con características iguales y/o similares a la solicitadas ya que manejan nombres propios de una marca (Pinza de agarre

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:25 PM

Comentario: grasper con cremallera Endoclinch, pasa nudos transfacial tipo Carter Thomas, manipulador uterino Hohl

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:27 PM

Comentario: Pregunta 23 ANEXO 10 Partida 1 Pinzas para equipo de Electrocirugía Avanzada Pinza instrumental de sellado de vasos de 10 mm de diámetro y 37 cm de longitud del eje para cirugía laparoscópica con mandíbulas de 22 mm de longitud, guillotina de corte y

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:28 PM

Comentario: rotación del eje de 359° y con una dispersión térmica menor o igual a 2 mm Solicitamos a la convocante poder ofertar Pinza instrumental de sellado de vasos de 5 mm de diámetro 35 cm de longitud y mandíbulas de 18 mm, sin afectar al funcionamiento

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:29 PM

Comentario: solicitado y así no limitar la libre participación de la proveeduría. Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:29 PM

Comentario: Pregunta 24 ANEXO 10 Partida 2 Pinzas para equipo de Electrocirugía Avanzada. Solicitamos a la convocante poder ofertar Pinza instrumental de sellado de vasos de 5 mm de diámetro 36 cm de longitud y mandíbulas de 20 mm, sin afectar al funcionamiento

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:30 PM

Comentario: solicitado y así no limitar la libre participación de la proveeduría. Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:31 PM

Comentario: Pregunta 25 Anexo 8 CHAROLA DE INSTRUMENTAL REUTILIZABLE PARA NEUROCIRUGIA PEDIATRICA Con el fin de no encarecer el servicio solicitamos a la convocante se eliminen este punto, Se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:33 PM

Comentario: Pregunta 26 ANEXO 10 LISTADO DE INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES A UTILIZAR DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO. *Los insumos señalados podrán ser reutilizables siguiendo la técnica de esterilización recomendadas por el fabricante. El fabricante recomienda

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 04:33 PM

Comentario: que los insumos son desechables por lo que se tendría que utilizar uno por procedimiento, se acepta?

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:40 PM

Comentario: Pregunta 27 Anexo 10 LISTADO DE INSTRUMENTAL Y CONSUMIBLES A UTILIZAR DURANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO - Charola basica de Instrumental Reutilizable 1.1.18 2 Aplicador de clips reutilizable para utilizar clips tamaño chico, mediano y grande.

Participante: SERVICIOS DE MINIMA INVASION, S.A. DE C.V. (Proveedor_762)

Hora del comentario: 03:42 PM

Comentario: Para estos procedimientos existen solo tres tipos de tamaño del clip, por lo que no hay un engrapadora que maneje los 3 tamaños, suponemos que lo solicitado es para clips mediano-largo, es correcta nuestra apreciación?

Participante: La Convocante (La Convocante)

Hora del comentario: 09:37 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 14/06/2013 a las 09:37 AM horas.

La Convocante
_almad.cavazosm