

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
FORO DE ACLARACIONES DE LA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
INTERNACIONALES No. EA-919044992-I52-2013**

EQUIPO ODONTOLÓGICO

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las *11:00 horas* del día *10 de Octubre del 2013*, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Matamoros ote., No. 520, Primer piso, Centro de la Ciudad, para efectuar la celebración del Acto de "Foro de Aclaraciones" a las bases del concurso de la Subasta Electrónica Inversa Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Internacionales No. **EA-919044992-I52-2013** referente a la adquisición de **Equipo Odontológico**, estando presentes los miembros del comité de adquisiciones e invitados que figuran y firman al final de la presente acta.

Este acto fue presidido por el Lic. Mario Alberto Limón Rodríguez, Director Administrativo, quién fue asistido por el los representantes de las áreas usuarias de los bienes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, preside y procede a dar inicio al "Foro de Aclaraciones" de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; así como a lo señalado en las bases de la subasta en referencia.

La convocante hace constar que el foro de aclaraciones dio inicio el día *07 de Octubre del 2013* a las *09:00 horas*, como se establece en la convocatoria y en las bases de la subasta y que se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, por los licitantes que adquirieron sus bases, las cuales se les dará respuesta a las mismas dentro del término establecido, siendo esto conforme a lo siguiente:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 316**

El día *07/10/2013* a las *09:00 AM* horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 316 y número de CompraNet EA-919044992-I52-2013 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 09/10/2013 09:31:27 AM


Proveedores

Nombre: PROMOVAGO S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_1039

Hora de Registro: 07/10/2013 09:37:28 AM

Nombre: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.



Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_1267

Hora de Registro: 09/10/2013 09:11:43 AM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 09:37 AM

Comentario:

EN EL PUNTO 4, INCISO C), NUMERAL 5 SOLICITAN LO SIGUIENTE:

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 09:37 AM

Comentario:

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 09:38 AM

Comentario:

PARA EQUIPOS FABRICADOS EN MÉXICO, ADEMÁS SE DEBERA AGREGAR LA DOCUMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS.

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 09:39 AM

Comentario: A QUE SE REFIERE CON LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS? O BASTARA CON PRESENTAR EL DOCUMENTO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN?

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 09:40 AM

Comentario: EN EL PUNTO 4, INCISO C), NUMERAL 2 SOLICITAN LO SIGUIENTE:

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 09:45 AM

Comentario: CURRÍCULUM DE LA EMPRESA, ASÍ COMO DETALLE DE SU STAFF DE INGENIERÍA, INCLUYENDO NOMBRES, TELEFONOS FIJOS Y MOVILES, CURRÍCULUMS PERSONALES Y CONSTANCIAS DE CAPACITACION, ASÍ COMO LA DESIGNACIÓN Y COMPROMISO DEL PERSONAL TÉCNICO DE APOYO EN CADA UNA

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 09:46 AM

Comentario: DE LAS UNIDADES.

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 09:47 AM

Comentario: A QUE SE REFIERE CON LA DESIGNACIÓN Y COMPROMISO DEL PERSONAL TÉCNICO DE APOYO EN CADA UNA DE LAS UNIDADES? ES EL MISMO ESCRITO QUE SOLICITAN EN EL NUMERAL 11: ESCRITO EN EL CUAL DETALLE LA DIRECCIÓN Y LOS NOMBRES DEL PERSONAL; ASÍ COMO SUS TELÉFONOS

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_103)

Hora del comentario: 09:48 AM

Comentario: FIJOS Y MOVILES PARA SU LOCALIZACIÓN?

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 05:13 PM

Comentario: EN EL PUNTO 4, INCISO C), NUMERAL 5, SOLICITAN LO SIGUIENTE: PARA EQUIPOS FABRICADOS EN MÉXICO, ADEMÁS SE DEBERA AGREGAR LA DOCUMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINAL O COPIAS CERTIFICADAS.

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 05:13 PM

Comentario: PREGUNTA: ESTE REQUISITO ES A PARTE A LO SOLICITADO EN EL PUNTO 4, INCISO C), NUMERAL 4??

Participante: PROMOVAGO S.A. DE C.V. (Proveedor_1039)

Hora del comentario: 05:15 PM

Comentario: NUMERAL 4: CERTIFICADOS DE CALIDAD (ISO, FDA, CE).

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:11 AM

Comentario: En la Partida 1, solicitN Tpiceria sin costura suave, ergonomica e indeformable, solicitamos eliminar el termino sin costura suave ya que es irrelevante para el funcionamiento y uso del equipo.

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:11 AM

Comentario:

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:11 AM

Comentario:

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:12 AM

Comentario: En la Partida 1, solicitan codera izquierda y derecha abatible, solicitamos se acepte ofertar codera fija y derecha abatible.

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:13 AM

Comentario: En la PARTida 1, solicitan lavado de escupiedera automatico, podrían explicar a que se refieren con automatico?

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:15 AM

Comentario: En la partida 1, solicitan escupidera de cristal templado abatible y desmontable, solicitamos acepten escupidera de ceramica desmontable ya que cumple con el objteivo de ser facil de limpiar.

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:15 AM

Comentario: En la partida 1, solicitan escupidera de cristal templado abatible y desmontable, solicitamos acepten escupidera de ceramica desmontable ya que cumple con el objteivo de ser facil de limpiar.

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:16 AM

Comentario: Partida 1, solicitan eyector quirururgico con filtros de alta capacidad, podrian expecificar a que se refieren con alta capacidad?

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:16 AM

Comentario:

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:17 AM

Comentario: En la partida 1, solicitan llena vaso automatico, podrian especificar a que se refieren con automatico?

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:17 AM

Comentario:

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:17 AM

Comentario:

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:17 AM

Comentario:

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:17 AM

Comentario:

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:17 AM

Comentario:


Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:18 AM

Comentario: En la partida 1, solicitan lampara con reflector de cristal, solicitamos se acepte lampara con teconologia luz LED ya q con esto asegura q la luz es fria y no se requiere cristal templado.

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:19 AM



Comentario: En la PARTIDA 2, solicitan tanque de almacenamiento horizontal con capacidad de 48lts, solicitamos se acepte de 38lts en virtud que la tecnologia de nuestra marca da mayor rendimiento con menos capacidad del tanque siendo mas eficiente

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.
(Proveedor_1267)

Hora del comentario: 09:20 AM

Comentario: En la PARTIDA 3, Solicitan autoclave q no requiere plomeria. Podrían ser mas explicitos a que se refiere?

Participante: La Convocante (La Convocante)


Hora del comentario: 09:31 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 09/10/2013 a las 09:31 AM horas.

La Convocante
_almad.cavazosm




LICITANTE: PROMOVAGO S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
Pregunta 1:	En el punto 4, inciso c), numeral 5 solicitan lo siguiente: Para equipos fabricados en México, además se deberá agregar la documentación de buenas prácticas de fabricación y la marca registrada en original o copias certificadas. ¿A que se refiere con la marca registrada en original o copias certificada?, o ¿Bastará con presentar el documento de buenas prácticas de fabricación?
Respuesta:	Se deberá presentar el registro de "Marca Registrada" emitido por la Secretaría de Economía.
Pregunta 3:	En el punto 4, inciso c), numeral 2 solicitan lo siguiente: Currículum de la empresa, así como detalle de su staff de ingeniería, incluyendo nombres, teléfonos fijos y móviles, currículums personales y constancias de capacitación, así como la designación y compromiso del personal técnico de apoyo en cada una de las unidades. ¿A que se refiere con la designación y compromiso del personal técnico de apoyo en cada una de las unidades?, ¿Es el mismo escrito que solicitan en el numeral 11: escrito en el cual detalle la dirección y los nombres del personal; así como sus teléfonos fijos y móviles para su localización?
Respuesta:	Sí, es la misma solicitud del punto 4, inciso "c", numeral 2 y 11. Podrá incluirla solo en el numeral 2.
Pregunta 4:	En el punto 4, inciso c), numeral 5, solicitan lo siguiente: Para equipos fabricados en México, además se deberá agregar la documentación de buenas prácticas de fabricación y la marca registrada en original o copias certificadas. Pregunta: ¿Este requisito es a parte a lo solicitado en el punto 4, inciso c), numeral 4?, numeral 4: Certificados de Calidad (ISO, FDA, CE).
Respuesta:	Si, estos requisitos son para los bienes fabricados en México, y los requisitos del numeral 4 son para todas las partidas.






LICITANTE: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.	
<u>DUDAS TÉCNICAS:</u>	
Pregunta 1:	En la Partida 1, solicitan tapicería sin costura suave, ergonómica e indeformable, solicitamos eliminar el término sin costura suave ya que es irrelevante para el funcionamiento y uso del equipo.
Respuesta:	Se acepta ofertar esta tecnología sin modificar las características solicitadas.
Pregunta 2:	En la Partida 1, solicitan codera izquierda y derecha abatible, solicitamos se acepte ofertar codera fija y derecha abatible.
Respuesta:	Se acepta ofertar esta tecnología sin modificar las características solicitadas.
Pregunta 3:	En la Partida 1, solicitan lavado de escupidera automático, podrían explicar ¿A qué se refieren con automático?
Respuesta:	A que es activado por medio de un sensor.
Pregunta 4:	En la partida 1, solicitan escupidera de cristal templado abatible y desmontable, solicitamos acepten escupidera de cerámica desmontable ya que cumple con el objetivo de ser fácil de limpiar.
Respuesta:	Se acepta ofertar su tecnología sin modificar las características solicitadas. La escupidera debe ser desmontable.
Pregunta 5:	Partida 1, solicitan eyector quirúrgico con filtros de alta capacidad, podrían especificar ¿A qué se refieren con alta capacidad?
Respuesta:	A que el flujo de la saliva no se bloquee, aun con presencia de residuos de algún material dental.
Pregunta 6:	En la partida 1, solicitan llena vaso automático, podrían especificar ¿A qué se refieren con automático?
Respuesta:	A que es activado a través de un sensor, no por una llave manual.
Pregunta 7:	En la partida 1, solicitan lámpara con reflector de cristal, solicitamos se acepte lámpara con tecnología luz LED ya que con esto asegura que la luz es fría y no se requiere cristal templado.
Respuesta:	Se acepta ofertar esta tecnología sin modificar las características solicitadas.
Pregunta 8:	En la Partida 2, solicitan tanque de almacenamiento horizontal con capacidad de 48lts, solicitamos se acepte de 38 litros en virtud que la tecnología de nuestra marca da mayor rendimiento con menos capacidad del tanque siendo más eficiente.
Respuesta:	Se acepta ofertar con la capacidad solicitada, pero deberá cumplir con todas las demás características solicitadas en el Anexo 1.
Pregunta 9:	En la Partida 3, solicitan autoclave que no requiere plomería. ¿Podrían ser más explícitos a que se refiere?
Respuesta:	A que no se requiere de una preparación especial al momento de ser purgada, cuando se realice el mantenimiento preventivo.



De esta manera se da por concluido el "Foro de Aclaraciones" de la presente subasta, cuya acta estará disponible para su consulta en el Portal de Subastas Electrónicas del Gobierno del Estado y en la página oficial de CompraNet.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 11:55 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. MARIO ALBERTO LIMÓN RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	C.P. PEDRO ANTONIO VALADÉS RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. JUAN MANUEL PARRA BURGOS	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	
JEFE DEL DEPTO DE ADQUISICIONES	C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA	
UNIDAD DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA	C.P. VIRGINIA YANETH BALDERAS MEDINA	

INVITADOS DE LAS ÁREAS USUARIAS		
	NOMBRE	FIRMA
CENTRO DE ESPECIALIDADES DENTALES	DR. SERGIO SAN VICENTE GARCÍA	
CENTRO DE ESPECIALIDADES DENTALES	LIC. CARLOS ALEJANDRO RAMÍREZ TORREZ	

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACTO DE FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS INTERNACIONALES No. EA-919044992-152-2013 DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO ODONTOLÓGICO.