

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL
FORO DE ACLARACIONES DE LA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
INTERNACIONALES No. EA-919044992-I53-2013**

REACTIVOS PARA LA DETERMINACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS Y EQUIPOS EN COMODATO

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10.30 horas del día 14 de Octubre del 2013, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Matamoros No. 520 ote. Primer piso, centro de la ciudad, para efectuar la celebración del acto de Foro de Aclaraciones a las bases del concurso de la Subasta Electrónica Inversa Internacional bajo la Cobertura de Tratados Internacionales No. EA-919044992-I53-2013 referente a la adquisición de **Reactivos para la Determinación de Análisis Clínicos y Equipos en Comodato**, estando presentes los miembros del comité de adquisiciones e invitados que figuran y firman al final de la presente acta.

Este acto fue presidido por el Lic. Mario Alberto Limón Rodríguez, Director Administrativo, quién fue asistido por el (los) representantes de la(s) área(s) usuaria(s) de los bienes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, preside y procede a dar inicio al foro de aclaraciones de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; así como a lo señalado en las bases de la subasta en referencia.

La convocante hace constar que el foro de aclaraciones dio inicio el día 09 de Octubre del 2013 a las 09:00 horas, como se establece en la convocatoria y en las bases de la subasta y que se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del gobierno del estado de Nuevo León, por los licitantes que adquirieron sus bases, las cuales se les dará respuesta a las mismas dentro del término establecido, siendo esto conforme a lo siguiente:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 317**

El día 09/10/2013 a las 09:00 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 317 y número de CompraNet EA-919044992-I53-2013 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.


Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 11/10/2013 09:45:42 AM

Proveedores

Nombre: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P
HOSPITALES SACV



Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_773
Hora de Registro: 10/10/2013 17:57:27 PM
Nombre: BENEFIC COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.
Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor_892
Hora de Registro: 09/10/2013 18:42:07 PM

Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:

Participante: BENEFIC COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V. (Proveedor_892)
Hora del comentario: 06:42 PM

Comentario: En el Anexo 8 de las Presentes Bases, solicitan equipos con antigüedad no mayor a 3 Años, solicitamos a la Convocante aceptar equipos hasta con 5 años de uso. Se Acepta?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV (Proveedor_773)

Hora del comentario: 05:57 PM

Comentario: 1. ANEXO 1, PARTIDA 4, MICROBIOLOGIA, CON REFERENCIA A ESTA PARTIDA, EN EL ANEXO 8 NO SE INCLUYERON LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A PROPORCIONAR EN COMODATO. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV (Proveedor_773)

Hora del comentario: 05:58 PM

Comentario: SUSCEPTIBILIDAD DE BACTERIAS AEROBIAS Y ANAEROBIAS Y EN MUESTRAS DE PACIENTES ESTÉRILES O CONTAMINADAS, CON TECNOLOGÍA COLORIMÉTRICA Y TURBIDIMÉTRICA QUE MIDE LA ACTIVIDAD METABÓLICA Y ENZIMÁTICA POR MEDIO DE SUSTRATOS PRESENTES EN CADA PLACA, EQUIPO

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV (Proveedor_773)

Hora del comentario: 05:58 PM

Comentario: CON CAPACIDAD PARA 60 TARJETAS, CON CARRUSEL TÉRMICO QUE INCUBA CADA PLACA, IDIOMA ESPAÑOL, AMPLIA BASE DE MICROORGANISMOS, AMPLIO MENU EPIDEMIOLOGICO, TAXA ACTUALIZADA. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV (Proveedor_773)

Hora del comentario: 05:59 PM

Comentario: 2. ANEXO 1, PARTIDA 4, MICROBIOLOGIA, SOLICITAN IDENTIFICACION DE GRAM POSITIVAS, GRAM NEGATIVAS, NHI Y

LEVADURAS. ENTENDEMOS QUE TODAS ESTAS DETERMINACIONES DEBERÁN DE REALIZARSE EN EL EQUIPO PROPUESTO ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?

Participante: La Convocante (La Convocante)

Hora del comentario: 09:45 AM

Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 11/10/2013 a las 09:45 AM horas.




La Convocante
_almad.cavazosm


A continuación se dará respuesta a las preguntas presentadas por los licitantes:

LICITANTE: BENEFIC COMERCIALIZADORA, S.A. DE C.V.	
DUDAS PRESENTADAS:	
Pregunta 1:	EN EL ANEXO 8 DE LAS PRESENTES BASES, SOLICITAN EQUIPOS CON ANTIGÜEDAD NO MAYOR A 3 AÑOS, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE ACEPTAR EQUIPOS HASTA CON 5 AÑOS DE USO. SE ACEPTA?
Respuesta:	SI SE ACEPTA SU SOLICITUD.
LICITANTE: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS PARA LABORATORIOS Y MATERIALES PARA HOSPITALES, S.A. DE C.V.	
DUDAS PRESENTADAS:	
Pregunta 1:	ANEXO 1, PARTIDA 4, MICROBIOLOGIA, CON REFERENCIA A ESTA PARTIDA, EN EL ANEXO 8 NO SE INCLUYERON LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO A PROPORCIONAR EN COMODATO. SOLICITAMOS SE NOS PERMITA OFERTAR: ANALIZADOR AUTOMATIZADO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y/O SUSCEPTIBILIDAD DE BACTERIAS AEROBIAS Y ANAEROBIAS Y EN MUESTRAS DE PACIENTES ESTÉRILES O CONTAMINADAS, CON TECNOLOGÍA COLORIMÉTRICA Y TURBIDIMÉTRICA QUE MIDE LA ACTIVIDAD METABÓLICA Y ENZIMÁTICA POR MEDIO DE SUSTRATOS PRESENTES EN CADA PLACA, EQUIPO CON CAPACIDAD PARA 60 TARJETAS, CON CARRUSEL TÉRMICO QUE INCUBA CADA PLACA, IDIOMA ESPAÑOL, AMPLIA BASE DE MICROORGANISMOS, AMPLIO MENU EPIDEMIOLOGICO, TAXA ACTUALIZADA. ¿SE ACEPTA ESTA PROPUESTA?
Respuesta:	SI SE ACEPTA SU PROPUESTA.
Pregunta 2:	ANEXO 1, PARTIDA 4, MICROBIOLOGIA, SOLICITAN IDENTIFICACION DE GRAM POSITIVAS, GRAM NEGATIVAS, NHI Y LEVADURAS. ENTENDEMOS QUE TODAS ESTAS DETERMINACIONES DEBERÁN DE REALIZARSE EN EL EQUIPO PROPUESTO ¿ES CORRECTA ESTA APRECIACIÓN?
Respuesta:	SI ES CORRECTA SU APRECIACIÓN.


De esta manera se da por concluido el foro de aclaraciones de la presente subasta, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal de subastas electrónicas del gobierno del estado y en la página oficial de compranet.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 10:50 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	LIC. MARIO ALBERTO LIMÓN RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN	C.P. PEDRO ANTONIO VALADÉS RODRÍGUEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. JUAN MANUEL PARRA BURGOS	

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	M.A.E. MARIA ELENA AVILEZ PINEDA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	

UNIDAD DE EVALUACIÓN Y TRANSPARENCIA	C.P. VIRGINIA YANETH BALDERAS MEDINA	
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIONES	C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA	

INVITADO DEL AREA USUARIA		
	NOMBRE	FIRMA
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA	Q. HÉCTOR GRACIA LEAL	