

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DEL  
FORO DE ACLARACIONES  
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS  
INTERNACIONALES  
No. EA-919044992-I17-2014.  
TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA Y EQUIPO EN COMODATO.**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 12:00 horas del día 14 de Marzo del 2014, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subdirección de Recursos Materiales, ubicada en Matamoros No. 520 ote. Primer Piso, Centro de la Ciudad, para efectuar la celebración del acto de Foro de Aclaraciones a las bases del concurso de la Subasta Electrónica Inversa Nacional **No. EA-919044992-N17-2014** referente a la adquisición de **"Tiras Reactivas para la Determinación de Glucosa y Equipo en Comodato"**, estando presentes los Miembros de Comité de Adquisiciones e Invitados que figuran y firman al final de la presente acta.

Este acto fue presidido por el Subdirector de Recursos Materiales, el Lic. Fidel Moctezuma Carrillo, en ausencia del Lic. Mario Alberto Limón Rodríguez, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, de acuerdo a lo estipulado en el oficio emitido y firmado el 05 de Diciembre del 2013, quien fue asistido por los Miembros del Comité con Voz y Voto, e Invitados Permanentes y del Área Usuaria, siendo estos los siguientes; **Miembros del Comité con Voz y Voto:** El C.P. Pedro Antonio Valadés Rodríguez, Representante de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León; el Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas, Representante de La Dirección Jurídica de este Organismo; **Miembros del comité con voz:** como representante del área usuaria, Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades la Dra. Marcela Vazquez Estrada, **Invitados Permanentes:** La Lic. Sonia Marcela Robles Terreros., en representación del Director de Contraloría Interna de este Organismo y el C.P. Gerardo Heberto Cervantes Padilla, Jefe del Departamento de Adquisiciones de este Organismo, cuyas firmas aparecen al final de la presente acta.

Posteriormente se procede a dar inicio al Foro de Aclaraciones de conformidad con lo establecido en los artículos 34 y 57 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León; así como a lo señalado en las bases de la subasta en referencia.

La convocante hace constar que el Foro de Aclaraciones dió inicio el día 12 de Marzo del 2014 a las 9:30 horas, como se establece en la convocatoria y en las bases de la subasta y que se recibieron preguntas a través del portal de subastas electrónicas del Gobierno del Estado de Nuevo León, por los licitantes que adquirieron sus bases, a las cuales se les dará respuesta de las mismas dentro del término establecido, siendo esto conforme a lo siguiente:

**GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN  
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO  
ACTA DEL FORO ELECTRONICO DE ACLARACIONES  
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA No. 403**

*FORO DE ACLARACIONES DE LA SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA INTERNACIONAL BAJO COBERTURA DE TRATADOS  
INTERNACIONALES No: EA-919044992-I17-2014  
"TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLOCUSA Y EQUIPO EN COMODATO"*

El día 12/03/2014 a las 09:30 AM horas se inició el FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES de la Subasta Electrónica Inversa No. 403 y número de CompraNet EA-919044992-117-2014 vía Internet estando registrados los siguientes participantes:

**Por parte del Gobierno del Estado de Nuevo León.**

Nombre: La Convocante

Que durante la sesión fue identificado como: La Convocante

Hora de Registro: 14/03/2014 09:32:34 AM

**Proveedores**

Nombre: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor\_1454

Hora de Registro: 12/03/2014 13:31:47 PM

Nombre: ARTIMEDICA S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor\_753

Hora de Registro: 14/03/2014 08:43:38 AM

Nombre: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor\_1586

Hora de Registro: 12/03/2014 16:06:35 PM

Nombre: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P  
HOSPITALES SACV

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor\_735

Hora de Registro: 13/03/2014 16:47:01 PM

Nombre: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V.

Que durante la sesión fue identificado como: Proveedor\_1276

Hora de Registro: 14/03/2014 08:14:15 AM

**Durante el Foro Electrónico de Aclaraciones se presentaron los siguientes comentarios:**

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454)

Hora del comentario: 01:31 PM

Comentario: Buenas Tardes, por este medio quisiera hacer las siguientes preguntas:

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454)

Hora del comentario: 01:32 PM

Comentario: Anexo 1.- TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DE NO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y CUENTEN CON OPCIONES DE CALIDAD NOS PERMITAN OFRECER NUESTRA TIRA CON UNA TECNOLOGIA SUPERIOR

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454)

Hora del comentario: 01:33 PM

Comentario: YA QUE ES AUTOCODIFICABLE NO REQUIERE NINGUN CHIP NI CLAVE PARA USARSE EN EL GLUCOMETRO, LA TIRA TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:33 PM

Comentario: TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA EN SANGRE CAPILAR Y VENOSA A PARTIR DE BIOSENSOR ELECTROQUIMICO CON CUATRO ELECTRODOS Y CUBIERTA DE MEMBRANA HIDROFILICA, IMPREGNADA CON ACTIVANTE QUÍMICO GLUCOSA DESHIDROGENSA,

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:34 PM

Comentario: CON PUNTA BISELADA QUE PERMITA LA FACIL COLOCACION Y ABSORCION DE LA MUESTRA, TAMAÑO DE MUESTRA MAXIMO DE 0.5 MICROLITRO (0.5 µL). TEMPERATURA DE TRABAJO DEL MEDIDOR Y TIRAS DE 10° a 40° C. RANGO DE HEMATOCRITO DE 20% AL 60%, VALORES EN PLASMA CON R

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:34 PM

Comentario: RANGO DE MEDICIÓN DE 20 - 600 mg/dL, LA TIRA NO REQUERE NINGÚN TIPO DE CALIBRACIÓN, PRUEBAS SIN NECESIDAD DE CODIFICACIÓN MANUAL O MEDIANTE CHIP. CAJA C/50 PIEZAS

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:35 PM

Comentario: 2.- Anexo 1.- TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACIÓN DE GLUCOSA, SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA SON INDIQUEN SI COMO COMPLEMENTO A ESTA PARTIDA ES NECESARIO ENTREGAR SIN CARGO IGUAL NUMERO DE LANCETAS PARA EL SERVICIO Y EN SU CASO NOS ACEPTEN

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:35 PM

Comentario: PROPORNER NUESTRO PRODUCTO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:36 PM

Comentario: LANCETAS PARA PUNCION CAPILAR ESTERILES Y DESECHABLES CON LONGITUD EN PUNTA DE 2.5 A 3 MM, DE TOPE A PUNTA DEL CUERPO DE LA LANCETA Y MANEJO DE PROFUNDIDAD DE .1 A .5 MM, CON TAPA PROTECTORA DE PLÁSTICO REMOVIBLE POR MEDIO DE TORSIÓN QUE ASEGURA LA

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:36 PM

Comentario: ESTERILIDAD. PUNTA ULTRA FINA CALIBRE DE 30 G; PRESENTACIÓN: CAJA C/100 PIEZAS

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:36 PM

Comentario: 3.- Anexo 7.- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO EN COMODATO DESCRIPCIÓN DEL GLUCOMETRO.- SOLICITAMOS DE LA MANERA MÁS ATENTA Y CON LA FINALIDAD DENO LIMITAR LA LIBRE PARTICIPACION Y CUENTEN CON OPCIONES DE CALIDAD NOS PERMITAN OFRECER

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:37 PM

Comentario: NUESTRO EQUIPO QUE UTILIZA TIRA CON UNA TECNOLOGIA SUPERIOR YA QUE ES AUTOCODIFICABLE NO REQUIEIRNDO NINGUN CHIP NI CLAVE PARA USARSE EN EL GLUCOMETRO, NUESTRO EQUIPO TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:37 PM

Comentario: EQUIPO DE ULTIMA GENERACION, GLUCOMETRO PORTATIL PARA MEDIR GLICEMIA, PRUEBA CAPILAR SIN NECESIDAD DE CODIFICACIÓN MANUAL O MEDIANTE CHIP, QUE BRINDA RESULTADOS EN UN TIEMPO NO MAYOR A 4 SEGUNDOS, ALMACENA UN MÍNIMO DE 500 PRUEBAS EN MEMORIA

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:37 PM

Comentario: CON FECHA Y HORA, PROMEDIOS DE 14 Y 30 DIAS, EL EQUIPO DEBE SER FÁCIL DE TRANSPORTAR Y UTILIZAR. PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO DE ALTA RESOLUCION, CON BATERIA DE 3 VOLTIOS NO RECARGABLE RENDIMIENTO 2146 PRUEBAS O UN AÑO Y MEDIO,

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:38 PM

Comentario: CON INDICADOR DE BATERIA BAJA, CON APAGADO AUTOMATICO DESPUES DE 2 MINUTOS DE INACTIVIDAD, ENCENDIDO AUTOMATICO AL INSERTAR LA TIRA REACTIVA, CON ALARMA SONORA CUANDO LA MUESTRA DE SANGRE HA SIDO DETECTADA, AUTOCODIFICABLE

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:38 PM

Comentario: CUENTA CON UNA GARANTIA DE POR VIDA.PRESENTACION: PIEZA

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:38 PM

Comentario: 3.- Anexo 7.- CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO EN COMODATO DESCRIPCIÓN DEL GLUCOMETRO.- DE IGUAL MANERA Y COMO

COMPLEMENTO DEL EQUIPO SOLICITAMOS NOS PERMITAN OFRECER NUESTRO DISPOSITIVO DE PUNCIÓN CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:38 PM

Comentario: DISPOSITIVO DE PUNCIÓN PARA OBTENCION DE SANGRE CAPILAR TIPO PLUMA, QUE PERMITE LA INTEGRACION DE LANCETAS ESTERILES QUE EVITA LA PUNCIÓN ACCIDENTAL, CON DISPOSITIVO DE PROFUNDIDAD GRADUABLE A 5 MEDIDAS, CADA UNA DE ELLEAS EQUIVALENTE A .5 MM.

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:39 PM

Comentario: PARA EFECTUAR UNA PUNCIÓN ADECUADA Y ASI MINIMIZAR Y CONTROLAR LA PUNCIÓN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL PACIENTE CON ADAPTADOR TRANSPARENTE PARA TOMA DE MUESTRA EN ANTE BRAZO.  
PRESENTACION: PIEZA

Participante: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS S.A. DE C.V. (Proveedor\_1454 )

Hora del comentario: 01:39 PM

Comentario: Sin mas por el presente quedamos en espera de sus comentarios, por sus atenciones, gracias.

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:06 PM

Comentario: Por medio de esta via solicito la aclaracion de las siguientes dudas.

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:07 PM

Comentario: DE CARACTER ADMINISTRATIVO.

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:09 PM

Comentario: 1.1.11 LA EMPRESA DEBERA ESTAR ESTABLECIDA EN EL AREA METROPOLITANA DE MONTERREY, NUEVO LEON O TENER SUCURSALES EN LA MISMA Y CONTAR CON STAFF DE INGENIERIA PARA CUALQUIER SITUACION DE URGENCIA, EL CUAL DETALLARAN EN SU PROPUESTA TECNICA.

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:10 PM

Comentario: POR LO QUE DEBERA ANEXAR A SU PROPUESTA TECNICA, CURRICULUMS, DIPLOMAS Y CERTIFICADOS DEL STAFF DE INGENIERIA.

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:12 PM

Comentario: PREGUNTA 1: PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO ¿PODEMOS PROPORCIONAR UN DOMICILIO EN MONTERREY DONDE ATENDEREMOS TODO LO RELACIONADO A ASESORIA TECNICA Y SERVICIO, A TRAVES DE PROFESIONALES DE SALUD CON CARRERAS AFINES AL BIEN QUE SE VA A ADQUIRIR

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:12 PM

Comentario: PARA ATENDER LAS URGENCIAS?

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:14 PM

Comentario: PREGUNTA 2: EN CASO DE SER AFIRMATIVA SU RESPUESTA A NUESTRA PREGUNTA ANTERIOR, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, NOS PERMITA LA NO PRESENTACION DEL DOCUMENTO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 2 DEL INCISO C) SOBRE DE PROPUESTAS TECNICAS:

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:17 PM

Comentario: "DOCUMENTACION QUE COMPRUEBE EL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE, ADEMAS, DEBERAN COMPROBAR QUE TENGAN DENTRO DEL AREA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON; ALMACEN O LOCAL DE DISTRIBUCION PARA ATENDER EN EL TIEMPO REQUERIDO

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:18 PM

Comentario: LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE (ALTA DE HACIENDA Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO O LICENCIA SANITARIA VIGENTE)

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:18 PM

Comentario: SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:19 PM

Comentario: PREGUNTA 3: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA ANEXAR EN EL SOBRE DE LAS PROPUESTAS TECNICAS COMO COMPLEMENTO DE LA DOCUMENTACION, EL ALTA DE HACIENDA, AVISO DE FUNCIONAMIENTO, LICENCIA SANITARIA VIGENTE

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:20 PM

Comentario: OTORGADOS EN LA CIUDAD DE MEXICO A NUESTRA OFICINA MATRIZ. ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:22 PM

Comentario: PREGUNTA 4: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 19 SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR "CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" EN LA CUAL DECLARAMOS QUE HEMOS DETERMINADO NUESTRA PROPUESTA DE MANERA INDEPENDIENTE SI CONSULTAR, COMUNICAR

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:23 PM

Comentario: O ACORDAR CON NINGUN OTRO PARTICIPANTE. ADEMAS DE MANIFESTAR QUE CONOCEMOS LAS INFRACCIONES Y SANCIONES APLICABLES EN CASO DE COMETER ALGUNA PRACTICA PROHIBIDA POR LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONOMICA. SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:25 PM

Comentario: 12.-ALGUNOS DE LOS SIGUIENTES CERTIFICADOS DE CALIDAD: ISO,FDA,CE,UL,TUV, PARA EQUIPOS Y TIRAS REACTIVAS PARA DETERMINACION DE GLUCOSA FABRICADOS EN MEXICO ADEMAS, LA DOCUMENTACION DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACION Y LA MARCA REGISTRADA EN ORIGINALxxxxx

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:25 PM

Comentario: O COPIAS CERTIFICADAS.

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:27 PM

Comentario: PREGUNTA 5: PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO EN VIRTUD DE QUE LOS EQUIPOS Y TIRAS REACTIVAS PARA LA DETERMINACION DE GLUCOSA NO SE FABRICAN EN MEXICO, PODRIAMOS OTORGAR CUALQUIERA DE ESTOS CERTIFICADOS DE CALIDAD INTERNACIONALES: ISO,FDA,CE,UL,TUV

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:28 PM

Comentario: QUE SE OTORGUEN PARA LA RELACION DE PRODUCTOS A NOMBRE DEL FABRICANTE EN UNA COPIA SIMPLE, ADJUNTANDO CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL?

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:32 PM

Comentario: 16.-LOS LICITANTES QUE QUIERAN PARTICIPAR EN EL PRESENTE CONCURSO Y NO HAYAN ESTABLECIDO UNA RELACION COMERCIAL CON LA CONVOCANTE, DEBERAN PRESENTAR COMO MINIMO DOS CARTAS EN ORIGINAL EMITIDAS POR OTROS CLIENTES EN PAPEL MEMBRETADO DE ESTOS,

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:33 PM

Comentario: MEDIANTE LOS CUALES SE ESTIPULEN QUE HAN PRESENTADO BUEN SERVICIO DE ATENCION Y SURTIMIENTO, MISMAS QUE LA CONVOCANTE SE RESERVA EL DERECHO DE VERIFICAR DICHA INFORMACION, PARA SU PARTICIPACION EN EL PRESENTE EVENTO.

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:34 PM

Comentario: PREGUNTA 6: EN VIRTUD DE QUE NUESTROS CLIENTES (INSTITUCIONES PUBLICAS) A LAS QUE LES PROPORCIONAMOS UN SERVICIO SIMILAR RELACIONADO CON LOS BIENES QUE LA CONVOCANTE DESEA ADQUIRIR, NOS ES IMPOSIBLE OBTENER ESAS CARTAS YA QUE TENDRIA QUE SER EL AREAxxxxxx

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:36 PM

Comentario: FINANZAS LA QUE FINALMENTE TENDRIA QUE EMITIR MEDIANTE UN DICTAMEN ESTAS CARTAS SOLICITADAS,ES POR ESO QUE, SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA PRESENTAR DOS COPIAS DE CONTRATOS RECIENTES YA ENTREGADOS Y FINIQUITADOS

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:37 PM

Comentario: PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO 16. SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:39 PM

Comentario: 10.-DESARROLLO DE LA SUBASTA

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:40 PM

Comentario: b)INICIADA LA SUBASTA, LOS LICITANTES, PREVIA INSCRIPCION EN LA MISMA, PODRAN ENVIAR SUS PROPUESTAS DE PRECIOS A LA BAJA SOLAMENTE POR LOS MEDIOS ELECTRONICOS DEL PORTAL Y EN ATENCION A LAS DIFERENCIAS MINIMAS FIJADAS EN LA CONVOCATORIA,

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:41 PM

Comentario: LA CUAL ES EQUIVALENTE A \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:42 PM



Comentario: PREGUNTA 7: EN RELACION AL PRECIO DE INICIO PARA SUBASTA SERA EL MONTO TOTAL DEL PRECIO DE REFERENCIA INCLUIDO EN BASES POR EL PAQUETE REQUERIDO ¿DEBEMOS DE ENTENDER QUE EN CASO DE HACER UNA PROPUESTA DE PRECIOS A LA BAJA,

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:44 PM

Comentario: ESTAS DEBERAN DE HACERSE A PARTIR DEL MONTO TOTAL DE REFERENCIA FIJADO EN LA CONVOCATORIA EQUIVALENTEA \$100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N) ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?

Participante: DIAGNOQUIM, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1586 )

Hora del comentario: 04:45 PM

Comentario: AGRADECEMOS LA ATENCION Y QUEDAMOS EN ESPERA DE SUS RESPUESTAS

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:47 PM

Comentario: 1.- Referente al Numeral 1.1, antigüedad de los equipos en comodato. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos en comodato nuevos, en empaque cerrado, que no hayan sido utilizados previamente. ¿Se acepta esta propuesta?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:47 PM

Comentario: 2.- Referente al Numeral 1.1.6 mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos proporcionados en comodato. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos que no requieren mantenimiento preventivo ni correctivo, y en caso de alguna

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:48 PM

Comentario: descompostura, se proporcionará otro equipo en el periodo establecido en las presentes bases. ¿Se acepta esta propuesta?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:48 PM

Comentario: 3.- Referente al Anexo 1, Descripción de la Partida 1, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una Tira reactiva con membrana hidrofílica impregnada con activante químico glucosa oxidasa para la determinación cuantitativa de glucosa en

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P  
HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:49 PM

Comentario: sangre capilar, con un rango de medición de 20-600 MG/DL. Volumen de muestra 1 microlitro. Método de medición: Principio electroquímico, rango de hematocrito 30 al 55% con una duración de la prueba de 5 segundos; sin necesidad de codificación

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P  
HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:50 PM

Comentario: mediante un chip. ¿Se acepta esta propuesta?

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P  
HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:50 PM

Comentario: 4.- Referente al Anexo 7, Descripción del Glucómetro, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Glucómetro con pantalla de cristal líquido. Método de medición: Principio electroquímico, utiliza la enzima glucosa-oxidasa, rango de hematocrito

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P  
HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:50 PM

Comentario: del 30 al 55% con un rango de medición de 20 a 600 MG/DL, Volumen de muestra 1 microLitros. Tipo de muestra: Capilar. Almacenamiento de resultados de 500 resultados con hora y fecha, sin necesidad de limpiar o enjuagar. Alimentación eléctrica

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P  
HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:51 PM

Comentario: mediante batería intercambiable; Sin necesidad de codificación; tiempo de prueba: 5 segundos. Dispositivo de punción semiautomático para la obtención de muestras de sangre capilar con 9 niveles de punción, con temperatura de operación de 6 a 44°C.

Participante: COMERCIALIZADORA DE REACTIVOS P LAB Y MAT P  
HOSPITALES SACV ( Proveedor\_735 )

Hora del comentario: 04:51 PM

Comentario: ¿Se acepta esta propuesta?

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE  
C.V. ( Proveedor\_1276 )

Hora del comentario: 08:14 AM

Comentario: En el numeral 4, sección C, Punto 3, solicitamos sea considerara la carta de apoyo de fabricante como indispensable o bien la carta de distribuidor mayorista acompañada de la carta del fabricante donde se respalda el apoyo para la presente licitación

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1276 )  
Hora del comentario: 08:14 AM  
Comentario:

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1276 )  
Hora del comentario: 08:14 AM  
Comentario:

Participante: DE LA GARZA DISTRIBUIDORES SPORT MEDICINE, S.A. DE C.V. ( Proveedor\_1276 )  
Hora del comentario: 08:15 AM  
Comentario: ...ya que esto garantiza el respaldo en el abasto suficiente para el presnete objeti de la licitacion.

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_753 )  
Hora del comentario: 08:43 AM  
Comentario: La descripción de los bienes que solicitan como objeto de esta licitación “Tira reactiva con 6 electrodos de oro para la determinación cuantitativa de glucosa en sangre capilar, venosa, arterial y neonatal, con un rango de medición de 10-600 mg/dl

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_753 )  
Hora del comentario: 08:44 AM  
Comentario: (0.6-33-3 mmol/l). Volumen de muestra 0.6 microlitros. Método de medición: Principio electroquímico, rango de hematocrito 10 al 70% con capacidad de redosificar dentro de los primeros 5 segundos;codificacion automatica mediante chip codificador inclu

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_753 )  
Hora del comentario: 08:44 AM  
Comentario: chip codificador incluido en el fraco de las tiras. La caducidad e las tiras debe ser estable hasta la fecha impresa en la etiqueta del frasco”, está dirigida a una sola marca comercial.

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_753 )  
Hora del comentario: 08:45 AM  
Comentario: Con la finalidad de no establecer requisitos que tengan por objeto limitar el proceso de competencia, libre concurrencia, garantizar una mayor oferta de bienes, sana competencia económica, mayores opciones en precio, calidad yservicio,

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_753 )  
Hora del comentario: 08:46 AM  
Comentario: solicito a la convocante se nos permita cotizar “Tira reactiva para determinación cuantitativa de glucosa en sangre capilar, venosa, arterial o neonatal,

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_753 )  
 Hora del comentario: 08:46 AM  
 Comentario: para lectura electroquímica con biosensor con margen de medición de 20 a 500 mg/dl. Sensibilidad de hematocrito entre 20-70%, volumen de muestra de 0.6 microlitros.

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_753 )  
 Hora del comentario: 08:47 AM  
 Comentario: Duración de la prueba 20 segundos. Empaque individual para un mejor control de insumos, se evita la contaminación de las tiras, mejor protegidas de cualquier daño por humedad, polvo, o aire, garantizando la estabilidad de la tira.

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_753 )  
 Hora del comentario: 08:47 AM  
 Comentario: Caducidad de la tira estable hasta la fecha impresa en empaque. Comprobación visual de llenado. Uso en todas las áreas hospitalarias”

Participante: ARTIMEDICA S.A. DE C.V. ( Proveedor\_753 )  
 Hora del comentario: 08:47 AM  
 Comentario: Se acepta nuestra propuesta?

Participante: La Convocante ( La Convocante )  
 Hora del comentario: 09:32 AM  
 Comentario: ¡FORO ELECTRÓNICO DE ACLARACIONES CERRADO!

El Foro Electrónico de Aclaraciones se dio por concluido el 14/03/2014 a las 09:32 AM horas.

**La Convocante**

A continuación se dará respuesta a las preguntas presentadas por los licitantes:

LICITANTE: DISTRIBUCIONES GENERALES MEDICAS, S/A DE C.V. DUDAS PRESENTADAS DE CARÁCTER TÉCNICO	
<b>Pregunta 1</b>	Anexo.-1 Tiras reactivas para la determinación de glucosa, solicitamos de la manera más atenta y con la finalidad de no limitar la libre participación y cuenten con opciones de calidad nos permitan ofrecer nuestra tira con una tecnología superior ya que es auto codificable no requiriendo ningún chip ni clave para usarse en el glucómetro, la tira tiene las siguientes características: tiras reactivas para determinación de glucosa en sangre capilar y venosa a partir de biosensor electroquímico con cuatro electrodos y cubierta de Membrana hidrofílica, impregnada con activante químico glucosa deshidrogenasa, con punta biselada que

	<p>permita la fácil colocación y absorción de la muestra, tamaño de muestra máximo de 0.5 microlitro (0.5 µl). Temperatura de trabajo del medidor y tiras de 10° a 40° c. rango de hematocrito de 20% al 60%, valores en plasma con rango de medición de 20 - 600 mg/dl, la tira no requiere ningún tipo de calibración, pruebas sin necesidad de codificación manual o mediante chip. caja c/50 piezas</p>
<b>Respuesta:</b>	<p>No se acepta ya que por el uso hospitalario de las tiras y en campo en pacientes con Diabetes Mellitus de larga evolución se requiere de que el rango de hematocrito sea según lo descrito en las bases así como el rango de medición</p>
<b>Pregunta 2</b>	<p>Anexo 1.- tiras reactivas para la determinación de glucosa, solicitamos de la manera más atenta son indiquen si como complemento a esta partida es necesario entregar sin cargo igual numero de lancetas para el servicio y en su caso nos acepten proponer nuestro producto con las siguientes características: Lancetas para punción capilar estériles y desechables con longitud en punta de 2.5 a 3 mm, de tope a punta del cuerpo de la lanceta y manejo de profundidad de .1 a .5 mm, con tapa protectora de plástico removible por medio de torsión que asegura la esterilidad. punta ultra fina calibre de 30 g; presentación: caja c/100 piezas</p>
<b>Respuesta:</b>	<p>Se requiere que sea entregada el mismo número de lancetas, se aceptan las características de las lancetas</p>
<b>Pregunta 3</b>	<p>Anexo 7.- características y especificaciones del equipo en comodato descripción del glucómetro.- solicitamos de la manera más atenta y con la finalidad de no limitar la libre participación y cuenten con opciones de calidad nos permitan ofrecer nuestro equipo que utiliza tira con una tecnología superior ya que es auto codificable no requiriendo ningún chip ni clave para usarse en el glucómetro, nuestro equipo tiene las siguientes características: equipo de última generación, glucómetro portátil para medir glicemia, prueba capilar sin necesidad de codificación manual o mediante chip, que brinda resultados en un tiempo no mayor a 4 segundos, almacena un mínimo de 500 pruebas en memoria con fecha y hora, promedios de 14 y 30 días, el equipo debe ser fácil de transportar y utilizar. Pantalla de cristal liquido de alta resolución, con batería de 3 voltios no recargable rendimiento 2146 pruebas o un año y medio, con indicador de batería baja, con apagado automático después de 2 minutos de inactividad, encendido automático al insertar la tira reactiva, con alarma sonora cuando la muestra de sangre ha sido detectada, auto codificable cuenta con una garantía de por vida. presentación: pieza</p>
<b>Respuesta:</b>	<p>No se acepta su propuesta por no especificar el rango de hematocrito del 10 al 70%, ni el rango de medición de 10 a 600 MG/DL solicitados en las bases que se requiere por el uso hospitalario de las tiras y en campo en pacientes con Diabetes Mellitus de larga evolución.</p>
<b>Pregunta 4</b>	<p>Anexo 7.- características y especificaciones del equipo en comodato descripción del glucómetro.- de igual manera y como complemento del equipo solicitamos nos permitan ofrecer nuestro dispositivo de punción con las siguientes características: Dispositivo de punción para obtención de sangre capilar tipo pluma, que permite la integración de lancetas estériles que evita la punción accidental, con dispositivo de profundidad graduable a 5 medidas, cada una de ellas equivalente a .5 mm.:</p>

	para efectuar una punción adecuada y axial minimizar y controlar la punción de acuerdo a las necesidades del paciente con adaptador transparente para toma de muestra en ante brazo. presentación: pieza
<b>Respuesta:</b>	No se acepta ya que existe riesgo para el personal de salud al retirar de manera manual la lanceta utilizada.
<b>Pregunta 1</b>	La empresa deberá estar establecida en el área metropolitana de monterrey, nuevo león o tener sucursales en la misma y contar con staff de ingeniería para cualquier situación de urgencia, el cual detallaran en su propuesta técnica. por lo que deberá anexar a su propuesta técnica, curriculums, diplomas y certificados del staff de ingeniería. Para dar cumplimiento a este punto ¿podemos proporcionar un domicilio en monterrey donde atenderemos todo lo relacionado a asesoría técnica y servicio, a través de profesionales de salud con carreras afines al bien que se va a adquirir para atender las urgencias?
<b>Respuesta:</b>	No se acepta su solicitud, por la naturaleza de los insumos se requiere que los licitantes estén establecidos en el área metropolitana de Monterrey, Nuevo León o tengan sucursales en la misma y que cuente con staff de ingeniería para cualquier situación de urgencia, tal como se solicita en las bases.
<b>Pregunta 2</b>	En caso de ser afirmativa su respuesta a nuestra pregunta anterior, solicitamos a la convocante, nos permita la no presentación del documento establecido en el punto 2 del inciso c) sobre de propuestas técnicas: "documentación que compruebe el domicilio fiscal del licitante, además, deberán comprobar que tengan dentro del área metropolitana de la ciudad de monterrey, nuevo león; almacén o local de distribución para atender en el tiempo requerido las necesidades de la convocante(alta de hacienda y aviso de funcionamiento o licencia sanitaria: se acepta nuestra solicitud?
<b>Respuesta:</b>	No se acepta su solicitud, deberá cumplir con lo solicitado.
<b>Pregunta 3</b>	Solicitamos a la convocante nos permita anexar en el sobre de las propuestas técnicas como complemento de la documentación, el alta de Hacienda, aviso de funcionamiento, licencia sanitaria vigente otorgada en la ciudad de México a nuestra oficina matriz. ¿Se acepta nuestra solicitud?
<b>Respuesta:</b>	No se acepta su solicitud, deberá cumplir con lo solicitado.
<b>Pregunta 4</b>	Para dar cumplimiento al punto 19 solicitamos a la convocante nos permita presentar "carta bajo protesta de decir verdad" en la cual declaramos que hemos determinado nuestra propuesta de manera independiente si consultar, comunicar o acordar con ningún otro participante. Además de manifestar que conocemos las infracciones y sanciones aplicables en caso de cometer alguna practica prohibida por la ley federal de competencia económica. ¿Se acepta nuestra propuesta?
<b>Respuesta:</b>	Si se acepta su propuesta.
<b>Pregunta 5</b>	Algunos de los siguientes certificados de calidad: iso, fda, ce, ul, tuv, para equipos y tiras reactivos para determinación de glucosa fabricados en México además, la documentación de buenas prácticas de fabricación y la marca registrada en original o copias certificadas. Para dar cumplimiento a este punto en virtud de que los

	equipos y tiras reactivas para la determinación de glucosa no se fabrican en México, podríamos otorgar cualquiera de estos certificados de calidad internacionales: iso, fda, ce, ul, tuv que se otorguen para la relación de productos a nombre del fabricante en una copia simple, adjuntando carta bajo protesta de decir verdad que es copia fiel del original?
<b>Respuesta:</b>	Si se acepta su solicitud.
	Los licitantes que quieran participar en el presente concurso y no hayan establecido una relación comercial con la convocante, deberán presentar como mínimo dos cartas en original emitidas por otros clientes en papel membretado de estos, mediante los cuales se estipulen que han presentado buen servicio de atención y surtimiento, mismas que la convocante se reserva el derecho de verificar dicha información, para su participación en el presente evento. En virtud de que nuestros clientes (instituciones públicas) a las que les proporcionamos un servicio similar relacionado con los bienes que la convocante desea adquirir, nos es imposible obtener esas cartas ya que tendría que ser el área finanzas la que finalmente tendría que emitir mediante un dictamen estas cartas solicitadas, es por eso que, solicitamos amablemente a la convocante nos permita presentar dos copias de contratos recientes ya entregados y finiquitados para dar cumplimiento al punto 16. ¿se acepta nuestra solicitud?
<b>Respuesta:</b>	Si se acepta su solicitud.
<b>Pregunta 6</b>	10. Desarrollo de la Subasta. b) iniciada la subasta, los licitantes, previa inscripción en la misma, podrán enviar sus propuestas de precios a la baja solamente por los medios electrónicos del portal y en atención a las diferencias mínimas fijadas en la convocatoria, la cual es equivalente a \$100.00 (cien pesos 00/100 m.n.). En relación al precio de inicio para subasta será el monto total del precio de referencia incluido en bases por el paquete requerido ¿debemos de entender que en caso de hacer una propuesta de precios a la baja, estas deberán de hacerse a partir del monto total de referencia fijado en la convocatoria equivalente a \$100.00 (cien pesos 00/100 m.n) es correcta nuestra apreciación?
<b>Respuesta:</b>	Como se señala en las bases, el precio inicial es el incluido en el procedimiento de la presente subasta como de referencia, a partir del cual los licitantes podrán hacer ofertas a la baja con diferencias mínimas de \$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.)
<p><i>Sección de Adquisiciones y Contratación</i> <i>Subdirección de Recursos Materiales</i> <i>Departamento de Adquisiciones</i></p>	
<b>Pregunta 1</b>	Referente al Numeral 1.1, antigüedad de los equipos en comodato. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos en comodato nuevos, en Empaque cerrado, que no hayan sido utilizados previamente. ¿Se acepta esta Propuesta?
<b>Respuesta:</b>	Se acepta su propuesta sin modificar bases.
<b>Pregunta 2</b>	Referente al Numeral 1.1.6 mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos proporcionados en comodato. Solicitamos a la convocante nos permita ofertar equipos que no requieren mantenimiento preventivo ni correctivo, y en caso de alguna descompostura, se proporcionará otro equipo en el periodo establecido en las presentes bases. ¿Se acepta esta propuesta?

<b>Respuesta:</b>	Se acepta su propuesta, sin modificar bases, para lo cual deberá incluir en su propuesta técnica escrito bajo protesta de decir verdad donde señale que los equipos no requerirán mantenimiento y carta compromiso de sustitución de los mismos, en caso de avería, mencionando el período máximo de sustitución.
<b>Pregunta 3</b>	Referente al Anexo 1, Descripción de la Partida 1, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una Tira reactiva con membrana hidrofilita impregnada con activante químico glucosa oxidasa para la determinación cuantitativa de glucosa en sangre capilar, con un rango de medición de 20-600 MG/DL. Volumen de muestra 1 microlitro. Método de medición: Principio electroquímico, rango de hematocrito 30 al 55% con una duración de la prueba de 5 segundos; sin necesidad de codificación mediante un chip. ¿Se acepta esta propuesta?
<b>Respuesta</b>	No se acepta ya que por el uso hospitalario de las tiras y en campo en pacientes con Diabetes Mellitus de larga evolución se requiere que el rango de hematocrito sea según lo descrito en las bases así como el rango de medición. Además la tira reactiva tiene una mayor fotosensibilidad por lo que limita su uso en campo
<b>Pregunta 4</b>	Referente al Anexo 7, Descripción del Glucómetro, Solicitamos a la convocante nos permita ofertar: Glucómetro con pantalla de cristal líquido. Método de medición: Principio electroquímico, utiliza la enzima glucosa-oxidasa, rango de hematocrito del 30 al 55% con un rango de medición de 20 a 600 MG/DL, Volumen de muestra 1 microlitros. Tipo de muestra: Capilar. Almacenamiento de resultados de 500 resultados con hora y fecha, sin necesidad de limpiar o enjuagar. Alimentación eléctrica mediante batería intercambiable; Sin necesidad de codificación; tiempo de prueba: 5 segundos. Dispositivo de punción semiautomático para la obtención de muestras de sangre capilar con 9 niveles de punción, con temperatura de operación de 6 a 44°C. ¿Se acepta esta propuesta?
<b>Respuesta:</b>	No se acepta ya que existe riesgo para el personal de salud al retirar de manera manual la lanceta utilizada.
<b>Pregunta 1</b>	En el numeral 4, sección C, Punto 3, solicitamos sea considerara la carta de apoyo de fabricante como indispensable o bien la carta de distribuidor mayorista acompañada de la carta del fabricante donde se respalda el apoyo para la presente licitación...ya que esto garantiza el respaldo en el abasto suficiente para el presente objetivo de la licitación
<b>Respuesta:</b>	Se acepta su propuesta, todos los licitantes que participen en la presente subasta deberán presentar carta de apoyo del fabricante o de distribuidor mayorista acompañada de la de respaldo del fabricante
<b>Pregunta 2:</b>	La descripción de los bienes que solicitan como objeto de esta licitación "Tira reactiva con 6 electrodos de oro para la determinación cuantitativa de glucosa en sangre capilar, venosa, arterial y neonatal, con un rango de medición de 10-600 mg/dl (0.6-33-3 mmol/l). Volumen de muestra 0.6 microlitros. Método de medición: Principio electroquímico, rango de hematocrito 10 al 70% con






	capacidad de redosificar dentro de los primeros 5 segundos; codificación automática mediante chip codificador incluido en el frasco de las tiras. La caducidad e las tiras debe ser estable hasta la fecha impresa en la etiqueta del frasco”, está dirigida a una sola marca comercial. Con la finalidad de no establecer requisitos que tengan por objeto limitar el proceso de competencia, libre concurrencia, garantizar una mayor oferta de bienes, sana competencia económica, mayores opciones en precio, calidad y servicio, solicito a la convocante se nos permita cotizar “Tira reactiva para determinación cuantitativa de glucosa en sangre capilar, venosa, arterial o neonatal, para lectura electroquímica con biosensor con margen de medición de 20 a 500 mg/dl. Sensibilidad de hematocrito entre 20-70%, volumen de muestra de 0.6 microlitros. Duración de la prueba 20 segundos. Empaque individual para un mejor control de insumos, se evita la contaminación de las tiras, mejor protegidas de cualquier daño por humedad, polvo, o aire, garantizando la estabilidad de la tira. Caducidad de la tira estable hasta la fecha impresa en empaque. Comprobación visual de llenado. Uso en todas las áreas hospitalarias” Se acepta nuestra propuesta?
<b>Respuesta:</b>	No se acepta ya que por el uso hospitalario de las tiras y en campo en pacientes con Diabetes Mellitus de larga evolución se requiere de que el rango de hematocrito sea según lo descrito en las bases así como el rango de medición. Además de que la lectura es más tardada de lo que se solicita en las bases.

De esta manera se da por concluido el Foro de Aclaraciones de la presente subasta, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal de subastas electrónicas del Gobierno del Estado y en la página oficial de CompraNet.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente evento, siendo las 18:00 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal de los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ (CON VOTO Y VOTO)		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO.	

<p>REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.</p>	<p>C.P. PEDRO ANTONIO VALADÉS RODRÍGUEZ.</p>	
<p>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.</p>	<p>LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS.</p>	

MIEMBROS DEL COMITÉ CONVOCÓ		
	NOMBRE	FIRMA
<p>SUBSECRETARIA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES (REPRESENTANTE DEL AREA USUARIA)</p>	<p>DRA. MARCELA VAZQUEZ ESTRADA</p>	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL.

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
<p>REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.</p>	<p>LIC. SONIA MARCELA ROBLES TERREROS.</p>	
<p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.</p>	<p>C.P. GERARDO HEBERTO CERVANTES PADILLA.</p>	